

Revisiones

¿Es necesario que los productos sanitarios incluyan en su etiquetado el contenido en látex?

Rev. OFIL 2017, 27;4:353-373

Fecha de recepción: 10/03/2017 - Fecha de aceptación: 01/08/2017

ZAMORA-GIMENO MJ, MERENCIANO-VILLODRE C, BELENGUER-CEBRAN MP
Servicio de Farmacia. Hospital Virgen del Consuelo. Valencia (España)

RESUMEN

Objetivo: Analizar el contenido en látex de los productos sanitarios (PS) que se adquieren a través del Servicio de Farmacia, para clasificarlos en función de la presencia o ausencia de látex en su composición.

Material y métodos: Se elaboró una hoja de recogida de datos con los conceptos: descripción y referencia del PS, distribuidor, contenido en látex y presencia de información en el etiquetado. Se revisaron los embalajes de todos los PS incluidos en el Servicio de Farmacia. En caso de que la información no estuviera presente en el etiquetado, se solicitó a cada distribuidor bien vía telefónica y/o por e-mail, información por escrito (certificado "free-latex" o en su defecto, ficha técnica del producto) del contenido en látex de sus PS si la información no estaba presente en el etiquetado.

Palabras clave: Alergia al látex, productos sanitarios, látex, hipersensibilidad, personal sanitario, paciente.

Resultados: Se revisaron 1.101 referencias de PS, suministradas por un total de 150 distribuidores. El 4,45% (49) de las referencias revisadas contenía látex en su composición y sólo un 20% (220) del total de productos revisados indicaba la presencia o ausencia de látex en el etiquetado.

Conclusiones: La información acerca del contenido en látex de los PS de uso habitual en el hospital, contribuye a aumentar tanto la seguridad del paciente como la del personal sanitario que atiende al paciente. Además, el presente estudio ha puesto de manifiesto que la información del contenido en látex que consta especificada en el etiquetado de los PS es escasa, lo que implica la necesidad de una normativa más exigente por parte de las Autoridades Sanitarias en el momento de la autorización y puesta en el mercado de los PS con el fin de evitar errores en pacientes alérgicos al mismo.

Is it necessary for medical devices to include latex content in their labeling?

SUMMARY

Objective: To analyze the latex content of medical devices (MD) that are acquired through the Pharmacy Service and to classify them according to the presence or absence of latex under its composition.

Material and methods: A data collection sheet was elaborated with the following items: MD's description and reference, supplier, latex content, and presence information on the labeling. There was reviewed the

packaging of all MD included in the Pharmacy Department, and it was requested to every supplier, by phone or by e-mail, written information ("free-latex" certificated or failing that, the data sheet) about the content in latex of its MD if the information was not present on the labeling. **Results:** There were reviewed 1,101 references of MD provided by 150 suppliers. 4.45% (49) of the reviewed references contained latex in their composition and only 20% (220) of the

total of products indicated the presence or absence of latex in their labeling.

Conclusions: The knowledge of the latex content of MD by the multidisciplinary team that attends the patient has contributed to increase the safety of the patient and the health personnel. In addition, the present study has revealed the scarce information on the latex content specified in the labeling of MD, which implies the need for more stringent regulation by the Health Authorities at the time of authorization and placing on the market of the MD in order to avoid errors in patients allergic to it.

Key Words: Latex allergy, medical devices, latex, hypersensitivity, health personnel, patient.

Correspondencia:

M^a Jesús Zamora Gimeno
Hospital NISA Virgen del Consuelo
C/Callosa d'En Sarrià, 12
46007 Valencia

Correo electrónico: mariajesus.zamora.gimeno@hospitales.nisa.es

APORTACIÓN A LA LITERATURA CIENTÍFICA

La elaboración de este listado proporciona a los profesionales sanitarios información acerca del contenido en látex de los productos sanitarios (PS) permitiendo una actuación rápida en casos de pacientes con alergia al látex ya que esta información, no siempre está disponible en el etiquetado de los mismos.

El aumento de la incidencia de la alergia al látex, consecuencia del alto grado de utilización de productos fabricados con látex tanto en el entorno sanitario como en la vida cotidiana hace que la información que contiene este artículo sea de gran interés ya que contribuye a aumentar la seguridad en pacientes alérgicos al látex y puede resultar útil como herramienta de consulta en el entorno de la farmacia hospitalaria y/o ámbito sanitario en general.

Debido al alto porcentaje de rotación de PS presentes en el Hospital, la información obtenida como resultado de este estudio, precisa de una actualización continua, ampliando las nuevas incorporaciones de PS al Hospital.

INTRODUCCIÓN

El látex natural se obtiene de la savia del árbol *Hevea brasiliensis* por incisiones en su corteza. Su uso está muy extendido debido a sus cualidades de resistencia, flexibilidad, duración e impermeabilidad. Por estas propiedades y por su reducido precio es un componente habitual en el ámbito sanitario, al estar presente en gran cantidad de (PS), y en la vida cotidiana, en numerosos productos de uso doméstico^{1,2}. En el ámbito sanitario podemos encontrar látex en la composición de diferentes PS como; guantes, drenajes, sondas, bolsas de colostomía, catéteres, vendas, esparadrapos, etc. así como en el material de acondicionamiento de algunas especialidades farmacéuticas^{3,4}.

El látex natural sufre un procesado industrial en el que se consigue la desnaturalización parcial de las proteínas antigénicas, reduciendo así su capacidad anafiláctica. Durante este procesado se adicionan al látex sustancias químicas que pueden ser responsables de alergias manifestadas como dermatitis de contacto, no atribuibles al látex en sí mismo⁵⁻⁷.

La prevalencia de la alergia al látex en la población general varía entre el 1% y el 4,3%^{8,9} según las fuentes bibliográficas consultadas. Sin embargo, la presencia de anticuerpos IgE específicos frente a las proteínas del látex se estima en un mayor porcentaje, entre el 5,4% y el 7,6%^{10,11}, siendo aun más elevado entre los profesionales sanitarios, en los que se presenta una prevalencia de sensibilización de entre el 8 y el 12%^{9,12} debido al alto nivel de exposición a las proteínas del látex. Otros grupos que presentan una prevalencia incrementada por el alto grado de exposición al látex son tanto los pacientes sometidos a repetidas intervenciones quirúrgicas, como las pediátricas con espina bífida (28-67%)¹² o por anomalías genitourinarias, y los trabajadores de la industria del látex^{3,13}.

Los alérgenos del látex son proteínas presentes en los extractos crudos de látex y que finalmente encontramos en los productos procesados de látex. El látex natural contiene 240 proteínas, de las cuales 15 han sido identificadas como alérgenos^{8,9}.

El látex puede ocasionar dos tipos de reacciones alérgicas: de hipersensibilidad inmediata o tipo I y de hipersensibilidad retardada o tipo IV. La reacción de hi-

persensibilidad tipo I es producida por las propias proteínas del látex y se inicia minutos después de un contacto con la piel o mucosas. Está mediada por anticuerpos IgE frente a las proteínas antigénicas del látex y las manifestaciones varían desde eritema localizado y urticaria en los casos más leves; angioedema, rinoconjuntivitis y/o asma bronquial en las manifestaciones más graves, y hasta shock anafiláctico, potencialmente mortal⁴. La dermatitis de contacto o reacción de hipersensibilidad tipo IV se produce como consecuencia de las trazas de productos químicos adicionados al látex en su proceso de fabricación. Suele presentarse como un eczema en el dorso de las manos o dedos, terminando abruptamente en la muñeca, aunque en ocasiones puede extenderse a los brazos^{4,5}.

Los productos con látex también pueden ocasionar dermatitis irritativa, otro tipo de reacción no alérgica que se manifiesta por lesiones secas y costrosas en las zonas expuestas. Se trata de un proceso no basado en un mecanismo inmunológico, generalmente ocasionado por el uso de guantes de látex^{2,14}.

En los pacientes alérgicos al látex la mejor actitud terapéutica se centra en evitar cualquier tipo de exposición a los productos que lo puedan contener^{3,15}. Por este motivo, el disponer de información sobre el contenido en látex, tanto en los PS como en el material de acondicionamiento de los medicamentos, puede resultar una herramienta muy útil para prevenir exposiciones innecesarias.

El guante es el equipo de protección individual más utilizado en los hospitales. El material del que está compuesto, sus características y su regulación varían según la función para la que se diseña. El látex es uno de los materiales más extensamente utilizados en la composición de este producto sanitario. Tras años de experiencia sobre su uso se observó que este producto no está exento de riesgos. Produce diversas reacciones adversas, que van desde la dermatitis de contacto irritativa hasta la anafilaxia. En España el látex está clasificado como agente sensibilizante, y se calcula que la prevalencia de alergia a este material varía entre el 1 y el 4,3% en la población general y del 3-11% en el personal sanitario. A estas reacciones también contribuye el polvo utilizado en la composición de estos guantes, que facilita la propagación y la permanencia de partículas de látex en el ambiente, con la consiguiente exposición de los trabajadores a estas partículas. Debido a estos riesgos y a la existencia de materiales alternativos para la fabricación de guantes de uso hospitalario, se están tomando medidas para su sustitución. Se recomienda el cambio progresivo de guantes con polvo y látex en su composición por otros de diferente material, teniendo en cuenta los criterios tanto de seguridad como de eficiencia^{16,17}.

El aumento de la incidencia de la alergia al látex, consecuencia del alto grado de utilización de productos fabricados con látex, tanto en el entorno sanitario como en la vida cotidiana, las manifestaciones clínicas potencialmente graves, la falta de información acerca del contenido en látex en el etiquetado de los PS comercializados, y el interés general del personal sanitario en velar por la seguridad tanto del paciente como del mismo personal, motivaron al Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del Consuelo (Valencia) a analizar el contenido en látex de todos los PS incluidos en el Hospital.

MÉTODO

El estudio se llevó a cabo en un Hospital privado de 98 camas. Para ello, se elaboró un listado con todos los PS que se adquieren a través del Servicio de Farmacia y se agruparon por distribuidor. Posteriormente, se revisó si el etiquetado presente en los embalajes de los PS informaba, de manera visible, del contenido en látex en su composición y en aquellos casos en los que no se especificaba, se solicitó al proveedor, vía telefónica y/o por e-mail información escrita acerca del contenido en látex (certificado "free-latex" o en su defecto, ficha técnica del producto). Para el registro de la información obtenida, se elaboró una hoja de recogida de datos con los siguientes ítems: descripción y referencia del PS, proveedor, presencia o ausencia de látex en su composición y presencia de la información en el etiquetado. No se obtuvo información de aquellos productos que se disponía de stock en el momento del estudio pero su comercialización estaba revocada, se trata en general de PS de uso muy concreto y puntual y además con muy poco movimiento que debido a la unidad de embalaje se han tenido que estocar; en el momento que caduquen, según las necesidades del momento, se buscará alternativa o no se adquirirán más.

Las suturas manuales utilizadas en el hospital no se incluyeron en la revisión, por estar certificadas como ausentes de látex por el proveedor actual.

RESULTADOS

Se revisaron 1.101 referencias de PS incluidos en el Servicio de Farmacia suministradas por un total de 150 proveedores. El 4,45% (49) de los PS revisados fueron clasificados

con presencia de látex, siendo en su mayoría sondas, vendas y catéteres, el 95,09% (1.047) se clasificaron con ausencia de látex y el 0,45% (5) estaban descatalogados en el momento del estudio por lo que no se pudo obtener la información. Del total de PS revisados (1.101), solamente un 20% contenía información acerca del contenido en látex en el etiquetado del embalaje y/o del acondicionamiento primario (Figura 1). Tras la revisión del etiquetado, las fichas técnicas y los certificados "free-latex" solicitados a los proveedores, se elaboró un documento definitivo con la información obtenida (Anexo). Se obtuvo información por escrito de todos los proveedores consultados.

DISCUSIÓN

La intervención proactiva ante el uso de un PS en un paciente con alergia al látex, tiene un papel fundamental en la seguridad, por lo que es necesario comprobar la ausencia de látex en su composición³. Esta información no siempre está disponible en el etiquetado del producto y su obtención por parte del proveedor tampoco es inmediata. Por este motivo, en el entorno sanitario es necesario disponer de la información de aquellos PS cuya utilización no va a suponer un riesgo para el paciente alérgico al látex.

Con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos, siempre que sea posible y exista alternativa comercializada, los PS que contengan látex en su composición deberían ser sustituidos por alternativas fabricadas con materiales como silicona, vinilo, polietileno, etc.

Figura 1
Información contenido látex en el embalaje y/o etiquetado de PS



Los datos obtenidos en este estudio dejan en evidencia la gran variabilidad de información del contenido en látex presente en el etiquetado de los PS comercializados. Además, puesto que en el ámbito sanitario la información del contenido en látex de los PS no está a disposición de todo el equipo multidisciplinar que participa en su manejo, esta revisión proporciona información muy valiosa de una gran cantidad de PS, permitiendo una actuación rápida en casos de pacientes con alergia al látex.

Debido al alto porcentaje de rotación de PS presentes en el Hospital, la información obtenida como resultado de este estudio, precisa de una actualización continua, ampliando las nuevas incorporaciones de PS al Hospital.

En el Anexo I del RD 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los PS se establece que los productos deben ir acompañados de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y que ésta deberá figurar en el envase del producto. Este estudio deja en evidencia la relevancia de la presencia de látex en el entorno sanitario, así como la escasa información acerca de su contenido en el etiquetado de los PS. Por este motivo, es necesaria la implicación de los laboratorios fabricantes, de cara a fabricar productos exentos de látex y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para impulsar normativas que exijan a los fabricantes especificar el símbolo del contenido en látex en el etiquetado de su embalaje exterior o en su defecto, en el acondicionamiento primario; por la trascendencia que puede tener su utilización en pacientes alérgicos al látex.

CONCLUSIONES

Este estudio ha permitido disponer de una herramienta de consulta que puede contribuir a aumentar la seguridad de los pacientes alérgicos al látex y del personal sanitario que los utiliza. Los datos obtenidos en esta revisión, además de resultar de gran utilidad en la práctica clínica habitual, ponen de manifiesto la escasa información del contenido en látex presente en el etiquetado de los PS y por tanto, la necesidad inmediata por parte de las Autoridades Sanitarias de exigir el cumplimiento de la legislación vigente e impulsar normativas que impidan la autorización y puesta en el mercado de PS que no incluyan información visible del contenido en látex en el etiquetado.

Como principales implicados en la gestión de los PS (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), los farmacéuticos de Hospital además de promover una práctica segura en el uso de los PS encaminada a una mejora en la seguridad del paciente y del personal sanitario, tenemos la responsabilidad de participar en la selección de los PS, introduciendo como criterio de selección positiva la ausencia de látex y en cualquier caso, la presencia de la simbología correspondiente en el etiquetado.

Agradecimientos: A Isabel Romero Crespo coordinadora de farmacia de Hospitales NISA; Piedad López Sánchez, Marisa Gaspar Carreño, Juan Francisco Márquez Peiró y Rubén Achau Muñoz miembros del Grupo de Productos Sanitarios (GPS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) por su ayuda y apoyo en la revisión del trabajo. Y para finalizar todos los laboratorios fabri-

cantes y distribuidores de productos sanitarios por la información aportada para la elaboración de este trabajo.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA

1. Negro Alvarez JM, Miralles López JC, Pascual Camús A, López Sánchez JD, Pagán Alemán JA, García Sellés FJ, et al. Alergia al látex. 2002;34(2):28-35.
2. Brehler R, Kutting B. Natural rubber latex allergy. A problem of interdisciplinary concern in medicine. Arch Inter Med. 2001;23:1057-64.
3. Jimenez Pulido I, González Delgado M, Navarro Ruiz A, Borrás Blasco J, Montesinos Ros A, Sansato Clement A, et al. Medicamentos que contienen látex: una información necesaria en la guía farmacoterapéutica. Farm Hosp. 2002;26(4):234-244.
4. Navarrete MA, Salas A, Palacios L, Marin JF, Quiralte J, Florido JF. Alergia al látex. Farm Hosp. 2006;30(3):177-86.
5. Gawchik SM. Latex allergy. Mt Sinai J Med. 2011;78(5):759-72.
6. Yip E, Cacioli P. The manufacture of gloves from natural rubber latex. J Allergy Clin Immunol. 2002;110(2 Suppl):S3-14.
7. Kam PC, Lee MS, Thompson JF. Latex allergy: an emerging clinical and occupational health problem. Anaesthesia 1997;52:570-5.
8. Negro Álvarez JM, Miralles López JC. Alergia al látex. Rev Clin Esp. 2004;204(3):151-153.
9. Wu M, McIntosh J, Liu J. Current prevalence rate of latex allergy: Why it remains a problem? J Occup Health. 2016;58(2):138-144
10. Ownby DR, Ownby HE, McCullough J, Shafer AW. The prevalence of anti-latex IgE antibodies in 1000 volunteer blood donors. J Allergy Clin Immunol. 1996;97(6):1188-92.
11. Saxon A, Ownby D, Huard T, Parsad R, Roth HD. Prevalence of IgE to natural rubber latex in unselected blood donors and performance characteristics of AlaSTAT testing. Annals of Allergy Asthma & Immunology 2000;84(2):199-206.
12. Toraason M, Sussman G, Biagini R, Meade J, Beezhold D, Germolec D. Latex allergy in the workplace. Toxicol Sci. 2000;58(1):5-14.
13. Damas Fuentes RM, Pérez León M, Piñero González M, Sangil Monroy N, Molero Gómez R, Domínguez Langtigua P. Medicamentos con látex y alternativas en guía farmacoterapéutica. Farm Hosp. 2015;39(1):44-58.
14. Florido JF, Navarro A, Conde M, Torres M, Adame E, en representación del Servicio Andaluz de Salud. Recomendaciones para la prevención y tratamiento de la alergia al látex. Sevilla; 2004:5-30.
15. De la Hoz B. Estrategias para la prevención de la alergia al látex. En: Blanco C, Quirce S, editores. Alergia al látex. Barcelona; 2002:213-42.
16. M. Gaspar Carreño, P. Arias Pou, O. Rodríguez Berges, M.C. Gamundi, F. Carbonell Tatay. Revisión sobre el uso de guantes en los hospitales. Farmacéutico en Hospitales 2011;197:6-23
17. Norma de la FDA para la prohibición del uso de guantes quirúrgicos con polvo, guantes para exploración con polvo y polvo lubricante para guantes <https://www.regulations.gov/document?D=FDA-2015-N-5017-0173>. Disponible en <http://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/imagenes/stories/publicaciones/guantes%20con%20polvo%20fda.pdf>(fecha consulta 25/01/2017).

Anexo Contenido en látex de los productos sanitarios

Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
ABSORBEDOR CAL SODADA 427000100	CAREFUSION	NO
ACEITE MASAJE CALOR OLEOTHERM 500ML TFA09	TELIC	NO
ACEITE MASAJE NEUTRO OLEODERM 1000ML TFA04	TELIC	NO
ACEITE SILICONA 1300 ARCIOLANE JER 10ML 00274	ASP	NO
ACEITE SILICONA 1400 DENSIRON JER 10ML 80920	RAYNER	NO
ACEITE SILICONA 5500 ARCIOLANE JER 10ML 00273	ASP	NO
ADAPTADOR CONICO CUSA ESTERIL 23 KHZ C6623	PRIM	NO
ADAPTADOR EN Y DLP 10004	MERCE	NO
ADAPTADOR EN Y DLP 10005	MERCE	NO
ADAPTADOR EN Y PARA RECIRCULACION 10003	MERCE	NO
ADAPTADOR HUMIDIFICADOR RESPIFLO 2545	MEDTRONIC	NO
ADAPTADOR NEBULIZACION RESPIRADOR 41659	TELEFLEX	NO
ADAPTADOR NEBULIZADOR MN RESPIFLO 1072	MEDTRONIC	NO
ADAPTADOR RECTO 12,7CM 10001	MERCE	NO
ADHESIVO INCISION OPER-FILM	IHT IBERHOSPITEX	NO
ADHESIVO TISULAR DERMABOND MINI 0,3ML AHVM12	JOHNSON-JOHNSON	NO
ADHESIVO TISULAR GLUBRAN 2 VIAL 1ML 103GNB2	CARDIOLINK	NO
ADHESIVO TISULAR SURGISEAL 0.5ML SS-0505	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
AGUA ESTERIL HUMIDIFICADOR RESPIFLO	MEDTRONIC	NO
AGUJA 30° 19G FACO OPOR3019L	AMO	NO
AGUJA 30° 21G FACO OPOR3021G	AMO	NO
AGUJA ALETAS BUTTERFLY	HOSPIRA	NO
AGUJA ALETAS VENOFIX	BRAUN	NO
AGUJA AMNIOCENTESIS 22G 90MM WAL9022	EMB	NO
AGUJA AMNIOCENTESIS XXG 9CM	LELEMAN	NO
AGUJA ASPIRACION CHIBA	GALLINI	NO
AGUJA ASPIRACION MICROLITE 18G 1359258	SUMEDEX	NO
AGUJA ASPIRACION OIDO C/C	TGH ENDOSCOPIA	NO
AGUJA BIOPSIA 16G 20CM TR-V16/20	GALLINI	NO
AGUJA BIOPSIA 19G 15CM SPEEDYBELL SB1915EC	LELEMAN	NO
AGUJA BIOPSIA ACECUT	LELEMAN	NO
AGUJA BIOPSIA BIOPINCE	WACREES	NO
AGUJA BIOPSIA CHIBA INTRAD 22G 20CM 408269	BECTON DICKINSON	NO
AGUJA BIOPSIA COAXIAL 17G 11.8CM MCXS1815BP	WACREES	NO
AGUJA BIOPSIA MEDULA C/ATRAP 11GX10CM FU1110	LELEMAN	NO
AGUJA BIOPSIA OSEA OSTYUCUT 13.5G 10CM 1788005	BARD	NO
AGUJA BIOPSIA OSEA OSTYUCUT 14G 15CM 17860070	BARD	NO
AGUJA BIOPSIA WESTCOTT	BECTON DICKINSON	NO
AGUJA CARGA	BECTON DICKINSON	NO
AGUJA CARGA	BRAUN	NO
AGUJA CARPULE LARGA 27G 0.40X35MM	NORMON	NO
AGUJA EMG CONCENTRICA 26G 0.46X37MM S53156	ALMEVAN	NO
AGUJA EPICUTANEO 2F 25MM 7366.710	VYGON	NO
AGUJA EPIDURAL ACODADA	IBERSURGICAL	NO
AGUJA EPIDURAL RECTA	IBERSURGICAL	NO
AGUJA ESCLEROSIS 23G 2.3MM 240CM M00518351	BOSTON	NO
AGUJA ESPINAL LAPIZ SP PAJUNK	GRIFOLS	NO
AGUJA ESPINAL LAPIZ WH PORTEX	SMITHS MEDICAL	NO
AGUJA ESPINAL PREMAT ATRAUCAN	BRAUN	NO
AGUJA ESPINAL QUINCKE	BECTON DICKINSON	NO
AGUJA FISTULA BIPUNCION PLUME V15 V15L30SG	BAXTER	NO
AGUJA FISTULA BIPUNCION PLUME V16 V16L30SG	BAXTER	NO
AGUJA FISTULA UNIPUNCION PLUME 15G Y15L10SG	BAXTER	NO
AGUJA HIPODERMICA S	BRAUN	NO
AGUJA INSULINA PLUMA 32G 6MM NOVOFINE 305966	NOVO NOSRDISK	NO
AGUJA INTRAOSEA 14G 3CM DIECKMANN CDIN1430T45	COOK	NO
AGUJA INYECCION TOXINA BOTULINICA 27G 94540	ALLERGAN	NO
AGUJA INYECCION VESICAL 22G 70CM NBIO70	COLOPLAST	NO
AGUJA MONOPOLAR 1.5M 27GX12MM 74512-150	AMBU	NO
AGUJA MONOPOLAR 1M 0.6X3.3MM TE/S50715-001	CAESAR	NO
AGUJA MONOPOLAR 2.5M 27GX12 74512-250	AMBU	NO
AGUJA NEUROESTIMU STIMUPLEX A	BRAUN	NO
AGUJA PERIRETROBULBAR 27G 32MM R5109C	LCA	NO
AGUJA PUNCION 17GX33CM 90CM ONS1733	EMB	NO
AGUJA PUNCION 18G 20CM TROCAR DTN-18-20.0-U	COOK	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
AGUJA REDON SEMICURVA	IHT IBERHOSPITEX	NO
AGUJA RESERVORIO S C/Y BIOCON	PRIM	NO
AGUJA RETROBULBAR 25G RECTA AFILADA 581275	MEDICAL MIX	NO
AGUJA SPINOCAN	BRAUN	NO
AGUJA SUBDERMICA EEG NEO 0.4X12 1M 74512 100	AMBU	NO
AGUJA TOXINA BOTULINICA 26G 38MM 744 38-45/10	AMBU	NO
AGUJA TOXINA BOTULINICA 26G 50MM 744 50-50/10	AMBU	NO
AGUJA VERESS 120 MM FVN11200	DEXTRO MEDICA	NO
ALARGADERA 24CM 2XVALV ANTIRRETORNO SECUFILL	GUERBET	NO
ALARGADERA ALTA PRESION 120CM C403-0481	GRIFOLS/GPM	NO
ALCOHOL 70° 250ML	AMEVISA	NO
ALCOHOL MANOS 500 ML SANIT LOCION 9390830	PRODER	NO
ALGODON HIDROFILO 100% ARROLLADO 1KG 1400408	INDAS	NO
ALMOHADA GEL PREMATURO 10B	LELEMAN	NO
ANGIOSEAL VIP	QUILPRO	NO
APLICADOR CLIP TITANEO MEDIANO MCM30	JOHNSON-JOHNSON	NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM L-13.0 134048	MEDTRONIC	NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM M-11.5 134053	MEDTRONIC	NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM S-9.0 133650	MEDTRONIC	NO
APLICADOR CLIPS TITANIO PREMIUM S-9.0 134046	MEDTRONIC	NO
APLICADOR TISSUCOL 35 M.I.S DUPLOCATH 1502324	BAXTER	NO
APOSITO BOLSA ADHESIVO 16X5CM 37448	IHT IBERHOSPITEX	NO
APOSITO COMPRESA CENTRAL ADHESIVO	HARTMANN	NO
APOSITO CONSECUA FLEX	CONVATEC	NO
APOSITO CONSECUA PLUS ARO	CONVATEC	NO
APOSITO FIJACION	3M	NO
APOSITO FIJACION SKIN-FILM	BARNA IMPORT MEDICA	NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF13	INTERSURGICAL	NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF14	ACTINIO & LANTANO	NO
APOSITO HEMOST PAHACEL FIBRILAR 5X10 PAPCF15	JOHNSON-JOHNSON	NO
APOSITO HEMOSTATICO PAHACEL	ACTINIO & LANTANO	NO
APOSITO HEMOSTATICO PAHACEL	INTERSURGICAL	NO
APOSITO HEMOSTATICO TIP-STOP 114498	BAXTER	NO
APOSITO HIDRO AQUACEL 2X45 CINTA 1247642	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO AQUACEL AG	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO AQUACEL EXTRA 15X15 420673	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO COMFEEL TRANSPARENTE 5X25 3551	COLOPLAST	NO
APOSITO HIDRO MEPILEX AG BORDER	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO MEPILEX AG BORDER	MEPILEX	NO
APOSITO HIDRO TEGADERM FOAM ADH	3M	NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE GEL	CONVATEC	NO
APOSITO HIDRO VARIHESIVE HIDROGEL 15G	CONVATEC	NO
APOSITO OFTALMICO ESTERIL EYCOPAD 415540	HARTMANN	NO
APOSITO TRANSPARENTE PUNTO IV	3M	NO
APOSITO TRANSPARENTE PUNTO IV	SMITH NEPHEW	NO
APOSITO TRAQUEOTOMIA 20X12CM 1518901	INDAS	NO
ARNES MASCARILLA FACIAL VENTILACION 1015788	DEXTRO MEDICA	NO
ARON MAMARIO XXG XXCM SOMATEX	LELEMAN	NO
ASA DIATERMIA	SCHNEIDER MEDIZIN S.L	NO
ASA POLIPECTOMIA 13MM 240CM 62693	BOSTON	NO
ASA POLIPECTOMIA 27 MM 240 CM 62673	BOSTON	NO
ASA POLIPECTOMIA OVAL ROTA 12.5MM 230CM 71112	ST ENDOSCOPICOS	NO
ASPIRADOR BRONCOSCOPIA MOCSTRAP 14 33006	MEDTRONIC	NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES MOCSTRAP AD 14 33001	MEDTRONIC	NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PED 10 MOCSTRAP 33010	MEDTRONIC	NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PED 8 MOCSTRAP 33012	MEDTRONIC	NO
ASPIRADOR MUCOSIDADES PEDIATRICO 6F 553406	VYGON	NO
ASPIRADOR PERICARDIO 38CM 12010	MERCE	NO
AZUL TRIPANO DUAL MEMBRANEBLUE JER 0.5ML	AVI	NO
AZUL TRIPANO MONOBLUE 0.25% JER 1ML	ASP	NO
BALON DILATADOR ACALASIA 30MM 8CM WCAB-30	COOK	NO
BALON DILATADOR ALTA PRESION 10MMX15CM BD3020	COLOPLAST	NO
BALON DILATADOR COLON	COOK	NO
BALON DILATADOR ESO/PIL/COL	BOSTON	NO
BALON DILATADOR HERCULES	COOK	NO
BALON EXTRACCION 3V 8.5-15MM B-V232P-A	OLYMPUS	SI

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
BALON EXTRACTOR CALCULOS 12MM 200CM EBL12200	COOK	SI
BANDA QUIRURGICA DE CABEZA Z12600	INTERSURGICAL	NO
BANDA RETINA SILICONA 220 1.5X2.5X6 5451	AVI	NO
BANDA RETINA SILICONA 240 0.6X2.5 S5025	BLOSS	NO
BANDEJA EXANGUINOTRANSFUSION 275.00	VYGON	SI
BASTONCILLOS ALGODON BOTE 100 UDS 05020100	NOVICO	DESCATALOGADO
BATA AZUL	UNITEX	NO
BATA PROTECTORA MANGA PUÑO VERDE 50G 22104	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
BATA QUIRURGICA ESTANDAR XL 3M 7493T	3M	NO
BATA QUIRURGICA ESTANDAR XL 992146	HARTMANN	NO
BIBERON VIDRIO TAPON ROSCA	CAIR	NO
BICARBONATO CARTUCHO HD BICART 720G	BAXTER	NO
BICAVERA 2.3% 3000 ML DIALISIS PERITONEAL	FRESENIUS	NO
BIOCTAN VIAL 5ML PERFLUORO-N-OCTANO B0002	ASP	NO
BISTURI PUNTA RETROGRADA 4MM 376083	MEDICAL MIX	NO
BLOQUEADOR BRONQUIAL 9F ARNDT CAEBS9078SPHAS	COOK	NO
BOLSA ASPIRACION 2L CON VALVULA	HOSPIRA	NO
BOLSA ASPIRACION 2L CON VALVULA	IHT IBERHOSPITEX	NO
BOLSA ASPIRACION 2L SIN FILTRO	HOSPIRA	NO
BOLSA ASPIRACION 2L SIN FILTRO	IHT IBERHOSPITEX	NO
BOLSA AUXILIAR 1 COMP 33X38 3M 9097	3M	NO
BOLSA AUXILIAR 3 COMP 22X46 3M 1018L	3M	NO
BOLSA COLOSTOMIA 1P CE	CONVATEC	NO
BOLSA COLOSTOMIA 1P CERRADA	COLOPLAST	SI
BOLSA DE CALOR 17255	NOVICO	SI
BOLSA DIURESIS 1,5L UREOFIX 0096330M	BRAUN	NO
BOLSA DIURESIS 2L S/V UROBAG 7 359450	BRAUN	NO
BOLSA DIURESIS 4L C/VALVULA C/GRIFO 00114	HISPAFARMA	NO
BOLSA DIURESIS PEDIATRICA 100 ML	INTERSURGICAL	NO
BOLSA DIURESIS PIERNA 750ML C/V 65CM 5192	COLOPLAST	NO
BOLSA DRENAJE 1L C/VALVULA	PRIM	NO
BOLSA DRENAJE DRAIN A S MINI 75ML EST H08560D	BRAUN	NO
BOLSA DRENAJE MEDIA 300 ML NO EST 2245	COLOPLAST	NO
BOLSA ENEMA 1500 ML ESTERIL SUNMED000001	AMEVISA	NO
BOLSA FOTOPROTECTORA 1000 ML 29666	DISMEVAL	NO
BOLSA FOTOPROTECTORA 500 ML 296.65	DISMEVAL	NO
BOLSA FRIO INSTANTANEO BI MEDICA 122864	BARNA IMPORT MEDICA	NO
BOLSA NUTRICION ENTERAL FLEXITAINER 1L M240	ABBOTT	NO
BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES 10MM FEP957100	DEXTRO MEDICA	NO
BOLSA RECOLECTORA 50X50 831200	MOLNLYCKE	NO
BOLSA RESERVORIO	INTERSURGICAL	NO
BOLSA TABACO PURSTRING 65 020242	MEDTRONIC	NO
BOLSA UROSTOMIA	CONVATEC	NO
BOMBA ELASTOMERO FOLFUSOR 2.5ML/H 2D 2C4711KP	BAXTER	NO
BOMBA ELASTOMERO INFUSOR 1.5ML/H 7D 2C1087KP	BAXTER	NO
BOQUILLA ADAPTADORA TUBO ENDOTRAQUEAL 100621	ALTAMED	DESCATALOGADO
BRAGAPANAL ELASTICO TG +1200 B/20 1820126	INDAS	NO
BRAGAPANAL MEDIANA INDAS SUPERNOCHE 1820124	INDAS	NO
BRAGAPANAL PREMATURO 1250-2250G 1017856	NORMOMEDIC	NO
BRAZALETE DUO (MADRE-NINO) PRE00220S11	AMEVISA	NO
CABESTRILLO HOMBRO ADULTO T-L 1000701	CV MEDICA	NO
CABESTRILLO INMOVILIZADOR HOMBRO TM 106020301	IZASA	NO
CABLE CONEXION EEG NEONATAL CZA00012	ALTAMED	NO
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 5F 110CM 007151P	BARD	NO
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 5F 90CM C/B 97120	EDWARDS	SI
CABLE MARCAPASOS BIPOLAR 7F 125CM 007406P	BARD	NO
CABLE MARCAPASOS EXTRACORPOREA 61CM	BIOMED	NO
CABLE PLACA PACIENTE BILOBULADA 9160F 21174LE	3M	NO
CABLE TRANSDUCTOR PRESION 896083001	EDWARDS	NO
CALIBRADOR PACKAGE 944-309	RADIOMETER	NO
CALZA PLASTICO VERDE 22032	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
CALZA TEJIDO ST VERDE 22059V	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
CAMARA HUMIDIFICACION AUTOLLENADO MR290V	DEXTRO MEDICA	NO
CAMARA HUMIDIFICACION MR250	FISHER-PAYKEL	NO
CAMARA INHALACION BOQUILLA ADULTO 169383	SANDOZ	NO
CAMARA INHALACION NEONATAL NARANJA 169599	SANDOZ	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
CAMARA INHALACION PEDIATRICA AMARILLO 169607	SANDOZ	NO
CAMARA INHALACION PREMAT OPTIVENT HS762EU	KEY	NO
CAMARA INHALACION VOLUMATIC 750ML	GSK	NO
CAMPANA EXTRACCION LUER 450241	VACUETTE	NO
CAMPO FENESTRADO ADH 50X60CM Ø 7CM 277537	HARTMANN	NO
CAMPO FENESTRADO ADHESIVO 56X64 Ø 6,3 3M 1092	3M	NO
CAMPO OFTALMICO 100X75CM C/1B S01OPH0101	EQUIPSA	NO
CAMPO OFTALMICO FENEST C/B 40x60 8065112920	ALCON CUSI	NO
CAMPO OFTALMOLOGIA 178X135 C/2B 3M 1064	3M	NO
CAMPO CAMPO UROLOGIA 60X90 3M 1071	3M	NO
CANULA ANESTESIA SUBTENONIANA 19G 585176	MEDICAL MIX	NO
CANULA ARTERIAL AD 20F C/DILATADOR 77620	MEDTRONIC	NO
CANULA ARTERIAL CURVA	MERCE	NO
CANULA ARTERIAL FEM 20FX24 3/8VENT FEMII020A	EDWARDS	NO
CANULA ARTROSCOPIA HOMBRO 6X7CM AR-6535	PROMEDEX	NO
CANULA ARTROSCOPIA HOMBRO 8.25X7 AR-6530N	PROMEDEX	NO
CANULA ASPIRACION FRAZIER	DEXTRO MEDICA	NO
CANULA BIOPSIA ENDOMETRIAL GYNETICS	EMB	NO
CANULA CAMARA ANTERIOR RYCROFT	LCA	NO
CANULA CORONARIA 135° 3 MM P-618-30	PALEX	NO
CANULA CORONARIA 90° 3 MM P-616-30	PALEX	NO
CANULA EXTRACCION NUTRICION 15CM DPE15	CAIR	NO
CANULA HIDRODISECCION CURVA	LCA	NO
CANULA INFUSION 20G 4MM 585119	MEDICAL MIX	NO
CANULA IRRIGACION ASPIRACION 23G M5535	AVI	NO
CANULA IRRIGACION LASIK 27G 585278	MEDICAL MIX	NO
CANULA LACRIMAL CURVA 26G 28MM 1276	MEDICAL MIX	NO
CANULA LARINGE N°8 SB SHILEY LGT	MEDTRONIC	NO
CANULA LEGRADO KARMAN FLEXIBLE	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
CANULA MANTENEDOR CAMARA KATENA 25G K20-3271	MEDICAL MIX	NO
CANULA NASAL CPAP	NORMOMEDIC	NO
CANULA PERFUSION CEREBRAL 14 RDB-014	SUMILAB	NO
CANULA PERFUSION CEREBRAL 17 RDB-017	SUMILAB	NO
CANULA PLATA TRAQUEA N°8 14X80MM T1081480	ARTESANO	NO
CANULA POLIAMIDA 23G PUNTA FLEX 5MM M0-3233	MEDICAL MIX	NO
CANULA PUNTA SILICONA 23G 8065149523	ALCON CUSI	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC101022 22GX10CM 10MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC10222 22GX10CM 2MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC10522 22GX10CM 5MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC151020 20GX15CM 10MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC151520 20GX15CM 15MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC15520 20GX15CM 5MM	CARDIVA	NO
CANULA RADIOFRECUEN CC5422 22GX5CM 4MM	CARDIVA	NO
CANULA RAIZ AORTICA 10014	MERCE	NO
CANULA REDON RADIOPACA	IHT IBERHOSPITEX	NO
CANULA RETROPLEJIA 14F 32CM RC2014	EDWARDS	NO
CANULA SIMCOE I/A 23G/23G BD 585047	MEDICAL MIX	NO
CANULA SUBRETINAL 20G FLEXIBLE 3MM BD 585186	MEDICAL MIX	NO
CANULA TRAQUEA CB SHILEY	MEDTRONIC	NO
CANULA TRAQUEA FENEST CB SHILEY	MEDTRONIC	NO
CANULA TRAQUEA FENEST SB SHILEY	MEDTRONIC	NO
CANULA TRAQUEA NEO SB BIVONA 2.5 60N025	SMITHS MEDICAL	NO
CANULA TRAQUEA PEDIAT SB SHILEY	MEDTRONIC	NO
CANULA TRAQUEOTOMIA C/B 8MM UNIPERC 10089708	SMITHS MEDICAL	NO
CANULA VASOS FLUJO LIBRE DLP 30004	MERCE	NO
CANULA VECTIS IRRIGACION 25G M4619	AVI	NO
CANULA VENOSA 32F TF032L	LIVANOVA	NO
CANULA VENOSA 90°	MERCE	NO
CANULA VENOSA CAVOATRIAL	MERCE	NO
CANULA VENOSA RECTA	MERCE	NO
CANULA VENOSA RECTA 36/46F TF3646O	EDWARDS	NO
CANULA VENOSA TF034L	EDWARDS	NO
CANULA VISCOEXPRESION CORYDON 25G 1273F	MEDICAL MIX	NO
CANULA YANKAUER MEDIANA S/C 8888501007	MEDTRONIC	NO
CAPUCHON BABYFLOW	DRAGER	NO
CARGA CORTADORA LINEAL 75MM SR75	JOHNSON-JOHNSON	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
CARGA CORTADORA PROXIMATE TCR-55 (AZUL)	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA CORTADORA PROXIMATE TCR-75 (AZUL)	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA CORTADORA PROXIMATE TRT-75 (VERDE)	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ECHELON FLEX 45 BLANCA ECR45W	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ECHELON FLEX 45 VERDE ECR45G	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 30-2.5 030451	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45 CREMA 45AVM	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45 MORADA 45AMT	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 45-3.5 030455	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60 CREMA 60AVM	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60 MORADA 60AMT	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA ARTICULADA 60-3.5 030458	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDO GIA UNIVERSAL RECTA 60-3.5 030414	MEDTRONIC	NO
CARGA ENDOCLIP TITANIO MEDIANO 10 CLIPS 1122	S.I.M	NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 AZUL ECR60B	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 BLANCA ECR60W	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 ORO ECR60D	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA ENDOCORTADORA ECHELON 60 VERDE ECR60G	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TL PROXIMATE TR90	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX PROXIMATE XR30B	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX PROXIMATE XR60B	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARGA GRAPADORA LINEAL TX30 VASCULAR XR30V	JOHNSON-JOHNSON	NO
CARTUCHO MIDAS LUB 5G PA100-A	MEDTRONIC	NO
CASETE ELECTRODOS 945-785	RADIOMETER	NO
CATETER AMPLATZ	BOSTON	NO
CATETER ANGIOGRAF 5F 65CM J-CII 532-522	CARDINAL	NO
CATETER ANGIOGRAF BERN	BOSTON	NO
CATETER ANGIOGRAF CONTRA 2	BOSTON	NO
CATETER ANGIOGRAF FLUJO	CARDINAL	NO
CATETER ARTERIAL	TELEFLEX	NO
CATETER ARTERIAL FEMORAL 20G 16CM SAC01620	TELEFLEX	NO
CATETER ARTERIAL TEFLON 4F SELDICATH P387213	INTERSURGICAL	NO
CATETER ASPIRACION VENTRICULO IZQ 16F 12016	MERCE	NO
CATETER ASPIRACION VENTRICULO IZQ 20F 12002	MERCE	NO
CATETER CAVAFIX CERTO 255 4152557	BRAUN	NO
CATETER CAVAFIX MT 134 LUER PED 4286340	BRAUN	NO
CATETER COLANGIOGRAFIA 4F 40CM 420404F	EDWARDS	NO
CATETER DIALISIS PERITONEAL NEO 31F CTAPS9531	COOK	NO
CATETER DIALISIS PERITONEAL PED 37F CTAPS9537	COOK	NO
CATETER DOBLE J ABIERTO	COLOPLAST	NO
CATETER DOBLE J CERRADO	COLOPLAST	NO
CATETER DRENAJE BILIAR 8.5F ULT853840P32SCLB	COOK	SI
CATETER DRENAJE MULTIP 10F ULT1023825P6SCLM	COOK	NO
CATETER DRENAJE MULTIP 8.5F ULT853825P6SCLM	COOK	NO
CATETER DRENAJE PIG 8.3F 25CM 8OR DUAN8318258	COOK	NO
CATETER DRENAJE TORACICO ANGUL	IZASA	NO
CATETER DRENAJE TORACICO RECTO	IZASA	NO
CATETER DRUM 14G 71CM 227599	BRAUN	NO
CATETER ELECTRODO EPIDURAL 40CM RCE-E401519	CARDIVA	NO
CATETER EPICUTANEO NEO 2V 2F 30CM IN 1252.235	VYGON	NO
CATETER EPICUTANEO NEONATO 2F 30CM 1252.30	VYGON	NO
CATETER EPICUTANEO PEDIATRICO 3F 600MM 129413	VYGON	NO
CATETER EPICUTANEO PREMATURO 1F 200MM 126120	VYGON	NO
CATETER EPIDURAL BREVIKATH 19G 31CM 155-2393	IBERSURGICAL	NO
CATETER EPIDURAL TUN-L-CATH 19G 155-1520	IBERSURGICAL	NO
CATETER HIDROFIL SIMMONS	TERUMO	NO
CATETER HIDROFILICO COBRA	TERUMO	NO
CATETER HIDROFILICO COBRA II	CARDINAL	NO
CATETER INTERCAMBIO VIA AEREA 19 CCAE19083	COOK	NO
CATETER IV ANGIOCATH 16G 1,7X83MM 382258	BECTON DICKINSON	NO
CATETER IV CENTRAL 1V	INTERSURGICAL	NO
CATETER IV CENTRAL 2V	INTERSURGICAL	NO
CATETER IV CENTRAL CERTOFIX DUO V730 4161319	BRAUN	NO
CATETER IV CENTRAL CERTOFIX TRIO V730 4163311	BRAUN	NO
CATETER IV CENTRAL PED 2V 4F 13CM CS14402	TELEFLEX	NO
CATETER IV PERIF INTROCAN S	BRAUN	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
CATETER IV PERIFERICO NEOFLOX	BECTON DICKINSON	NO
CATETER IV PERIFERICO SURFLO	TERUMO	NO
CATETER JUDKINS	CARDINAL	NO
CATETER LAVADO SENOS SINOJECT 7302	BIOCLAR	NO
CATETER MULTIUSO TEMPO	CARDINAL	NO
CATETER POLICATH POLIVALENTE S10POL5002	IBERSURGICAL	NO
CATETER SIALOGRAFIA RABINOV 30GX32CM SCSPI 2S	COOK	NO
CATETER UMBILICAL PVC	VYGON	NO
CATETER URETERAL	TELEFLEX	NO
CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 6F ACA106	COLOPLAST	SI
CATETER URETERAL VARIOTIP	GRIFOLS	NO
CATETER VENTILACION E061	EDWARDS	NO
CATETER VERTEBRAL	TERUMO	NO
CAUTERIO ALTA Tª FIJA 1205°C FINA X8442000	MEDICAL MIX	NO
CAUTERIO BAJA Tª 454-649°C X-84-40000	MEDICAL MIX	NO
CAUTERIO BAJA Tª FIJA 677°C FINA X8441000	MEDICAL MIX	NO
CEMENTO OSEO PALAFOM CON GENTAMICINA TEK1702	ACUNA	NO
CEMENTO OSEO PALAFOM TEK1701	ACUNA	NO
CEPILLO CITOLOGIA COLONOS 2.3X230CM E4222-G	ALBYN	NO
CEPILLO CITOLOGICO ENDOCERVIX N/E 658002	CAHNOS	NO
CEPILLO QUIRURGICO CLORHEXIDINA	BECTON DICKINSON	NO
CEPILLO QUIRURGICO CLORHEXIDINA	CV MEDICA	NO
CEPILLO QUIRURGICO POVIDONA	BECTON DICKINSON	NO
CEPILLO QUIRURGICO POVIDONA	CV MEDICA	NO
CESTA EXTRACCION 2.2CM 195CM FG-22Q-1	OLYMPUS	NO
CINTA VASCULAR MAXI	PRIM	NO
CINTA VASCULAR MINI	PRIM	NO
CINTA VELCRO	COLOPLAST	NO
CINTURON ABDOMINAL C/OJAL 1,3M 31410270	MEDTRONIC	NO
CIRCUITO ALTO FLUJO GAFA NEO RT330-OPT316	FISHER	NO
CIRCUITO PIEZA EN T NEO NEOTEE 964504	ALTAMED	NO
CIRCUITO VENTIL PD 1.6+0.8M B/1L C/P I2142002	INTERSURGICAL	NO
CIRCUITO VENTIL PIEZA T NEO 1,8M B/0,5L I2121	INTERSURGICAL	NO
CIRCUITO VENTILACION 1.5M CAMARA MP00307	DRAGER	NO
CIRCUITO VENTILACION AD 1.5M CODO 300NP14347	MEDTRONIC	NO
CIRCUITO VENTILACION AD B/3L 2+1.5M I2152	INTERSURGICAL	NO
CIRCUITO VENTILACION AD CPAP RT202	ALTAMED	NO
CIRCUITO VENTILACION NEO C/CAMARA RT265	FISHER	NO
CIRCUITO VENTILACION NEO CPAP RT124	ALTAMED	NO
CIRCUITO VENTILACION PD 1,6M I4504004	INTERSURGICAL	NO
CISTITOMO ANG IRRIGACION	AVI	NO
CLAMP B3 ARTERIA REUTILIZABLE 00400	EQUIPSA	NO
CLAMP B3 VENA REUTILIZABLE 00401	EQUIPSA	NO
CLIP ABSORBIBLE (X6) MIC-4036	JOHNSON-JOHNSON	NO
CLIP DESECHABLE BULLDOG CSOFT6	EDWARDS	NO
CLIP LIGADURAS HEMOLOK L (X6) WK544240	TELEFLEX	NO
CLIP LIGADURAS HEMOLOK XL (X6) K544250	TELEFLEX	NO
CLORHEXIDINA 2% ALCOHOL COLOREADA 500ML	IBERSURGICAL	NO
CLORHEXIDINA JABONOSA 500ML 9430699	PRODER	NO
COLECTOR INCONTINENCIA SIN LATEX	COLOPLAST	NO
COLGADOR BOLSA ORINA METALICO	AMEVISA	NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA BLANDO	BARNA IMPORT MEDICA	NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA SEMIRRIGIDO	BSN	NO
COLLARIN CERVICAL ESPUMA SEMIRRIGIDO	DJO	NO
COLONIA ATOMIZADOR 1000ML KEFUS	KEFUS	NO
COMBITRANS-KIT PRESION T100209A	EDWARDS	NO
COMPRESA TOCLOGICA ALGODON MAL B/10- 1400502	INDAS	NO
COMPRESOR GARROTE GOMA LATEX	BARNA IMPORT MEDICA	SI
CONCENTRADO ACIDO 500 L PTGCA30K2.5	BAXTER	NO
CONCENTRADO ACIDO 600 L PTGCA25 SC	BAXTER	NO
CONCENTRADO ACIDO 600 L PTGCA30K2.5 SC	BAXTER	NO
CONECTOR A BOLSA DRENAJE 15CM 404017015	WACREES	NO
CONECTOR ACODADO ORIENTABLE C/PUERTO 23411	TELEFLEX	NO
CONECTOR BRONCSCOPIO 100/257/000	SMITHS MEDICAL	NO
CONECTOR EN Y ¼X¼X¼ EXTRACORPOREA AX20390	PRIM	NO
CONECTOR EN Y PARA UNIPUNCION S-660-C	BAXTER	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
CONECTOR PARA NEBULIZACIONES DISS 42555	TELEFLEX	NO
CONECTOR RECTO 22M P/LINEA OXIGENO I1968	INTERSURGICAL	NO
CONECTOR RECTO C/LUER	PALEX	NO
CONECTOR RECTO S/LUER	PALEX	NO
CONECTOR SPIROS CON COBERTURA CH2000-PC	HOSPIRA	NO
CONEXION BLAKE BCC2	JOHNSON-JOHNSON	NO
CONEXION CATETER URETERAL R.AK3100	COLOPLAST	SI
CONEXION MACHO-MACHO LUER-LOCK P992877	INTERSURGICAL	NO
CONEXION PEQUEÑA EN SIMS 10.05.17	MARTIN VECINO	NO
CONEXION POLIVALENTE EN T 10.05.19	MARTIN VECINO	NO
CONEXION POLIVALENTE EN Y 08990506	IBERCLINIC	NO
CONEXION RECTA GRANDE ESTERIL 50.16.00	AMEBIL	NO
CONO APLANACION INTRALASE PI-20	IMEXCLINIC	NO
CORTADORA LINEAL 75MM NTL75	JOHNSON-JOHNSON	NO
CORTADORA PROXIMATE TLC-55	JOHNSON-JOHNSON	NO
CORTADORA PROXIMATE TLC-75	JOHNSON-JOHNSON	NO
CREMA HIDRATANTE CUERPO 1L KEFUS	KEFUS	NO
CREMA HIDRATANTE PH5 1L C/DOSIF TLH09	TELIC	NO
CUBRE ARCO RX FLUROSCOPIO 137X198CM 8888M	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
CUBRE MICROSCOPIO ZEISS NEURO 306070	CARL ZEIS	NO
CUCHILLA DESECHABLE RASURADORA CLIPPER 9660	3M	NO
CUCHILLETE CRESCENT 2MM ANG ARRIBA 741010	ASP	SI
CUCHILLETE ESTANDAR SHARPOINT	ASP	SI
CUCHILLETE FACO ANGULADO DOBLE BISEL	ASP	SI
CUCHILLETE FACO ANGULADO FILO ARRIBA	ASP	SI
CUCHILLETE LANCETA ANG 20G 90MM 5220	AVI	NO
CUSTOM PACK EXTRACORPOREA CLINICO 025066604	LIVANOVA	NO
DELANTAL UROLOGIA RTU C/FILTRO 100170209208	INTRAVEN	NO
DESINFECTANTE CLEAN CART A 114010	BAXTER	NO
DESINFECTANTE CLEAN CART C 114011	BAXTER	NO
DESINFECTANTE HD DIALOX 5 L 110436	BAXTER	NO
DESINFECTANTE HEMODIALISIS INSTRUNET HD	BAXTER	NO
DESINFECTANTE INSTRUNET SPRAY 450ML	INIBSA	NO
DESINFECTANTE MINNCARE BIDON 5L 78397-983	TISELAB	NO
DESINFECTANTE SUPERFICIE INSTRUNET CITRON 5L	INIBSA	NO
DESINFECTANTE SUPERFICIES SPRAY 750ML	INSTRUNET HOSPITAL	NO
DESINFECTANTE SUPERFICIES SPRAY 750ML SANIT	PRODER	NO
DETERGENTE ENZIMATICO INSTRUNET GPL 1L	INIBSA	NO
DETERGENTE INSTRUMENTAL INSTRUNET LIQ S/50ML	INIBSA	NO
DETERMINACIONES TCA 402/03	MERCE	NO
DIALIZADOR EVODIAL 1.3 110653	BAXTER	NO
DIALIZADOR EVODIAL 1.6 110652	BAXTER	NO
DIALIZADOR NEPHRAL ST200 CE	BAXTER	NO
DIALIZADOR POLYFLUX 170H 1,7M ² 103579	BAXTER	NO
DIALIZADOR POLYFLUX 21L 2,1M ² 104176	BAXTER	NO
DIALIZADOR REVACLEAR 300 114745	BAXTER	NO
DIALIZADOR REVACLEAR 400 114746	BAXTER	NO
DILATADOR PARSONNET	BARD	NO
DILATADOR VASCULAR	BOSTON	NO
DISPOSITIVO HORIZONTAL FIJACION DE SONDAS R-9781	HOLLISTER	NO
DISPOSITIVO MANIPULADOR UTERIN LAVANDA UML516	EMB	NO
DISPOSITIVO MANIPULADOR UTERINO AZUL UMB678	EMB	NO
DISPOSITIVO UTERINO BALON OCLUSIVO CPO-6	EMB	NO
DISPRAS EQUIPO 40 ML REF P7-1222	SOLUCIONES BIOGENERATIVAS	NO
DISTRACTOR DE TOBILLO AR-1710	PROMEDEX	NO
DORMO GEL LUBRICANTE 100ML G20	TELIC	NO
DRENAJE BLAKE 19F C/TROCAR (1P) 2015-9719	PRIM	NO
DRENAJE BLAKE SILICONA 19F 2015-0619	PRIM	NO
DRENAJE CAPILAR	PRIM	NO
DRENAJE JACKSON PRATT PLANO	PRIM	NO
DRENAJE KEHR EN T LATEX	TELEFLEX	SI
DRENAJE MINI REDOVAC	BRAUN	NO
DRENAJE PEZZER RECTO	TELEFLEX	SI
DRENAJE TEJADILLO SILICONA	TELEFLEX	NO
DRENAJE TORACICO 2000 ML 54500 (LECHERA)	IHT IBERHOSPITEX	NO
DRENAJE TORACICO AD/PED PLEUREVAC A800008LF	TELEFLEX	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
DRENAJE TROCAR TORACICO	VYGON	NO
DRENAJE TROCAR TORACICO PEDIAT	VYGON	NO
DRENAJE VESICAL SUPRAPUBICO	BRAUN	NO
EJERCITADOR PULMONAR 3C RESPIFLO 8884717395	MEDTRONIC	NO
ELECTRODO ADULTO PAPEL REDDOT 3M 2239	3M	NO
ELECTRODO CARBONO M2202A	DEXTRO MEDICA	NO
ELECTRODO ECG FETAL ESPIRAL SIMPLE FSE-2100	MEDTRONIC	NO
ELECTRODO ECG REPOSO LENGUETA L/10 0315M	AMBU	NO
ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA SU00A/60	AMBU	NO
ELECTRODO ESTIMULACION 32MM CIRCULAR 70104	CALVO IZQUIERDO	NO
ELECTRODO ESTIMULACION 50X50MM CUADRADO 70101	CALVO IZQUIERDO	NO
ELECTRODO MONITORIZACION / ESFUERZO SP00S50	AMBU	NO
ELECTRODO MONITORIZACION LARGA HOLTER L00S25	AMBU	NO
ELECTRODO MONITORIZACION NEO CABLE B/3 40554	AMBU	NO
ELECTRODO NEONATAL 2268-3	3M	NO
ELECTRODO NEURO 15X20MM C/CABLE 70015-K/12	AMBU	NO
ELECTRODO PEDIATRICO PAPEL 2248-50	3M	NO
ELECTRODO RADIOFRECUEN 10CM TCD-10	CARDIVA	NO
ELECTRODO RADIOFRECUEN C/INYECTOR 6CM CR-6	CARDIVA	NO
ELECTRODO REPOSO ADULTO ESPUMA WS-00-S/50	AMBU	NO
ELECTRODO SUPERFICIE PREGELADO CABLE 10CM	AMBU	NO
EMPAPADOR 60X40 B/30 1834011	INDAS	NO
EMPAPADOR 60X90 B/25 1834014	INDAS	NO
ENDO BABCOCK 10 MM 174001	MEDTRONIC	NO
ENDO CLINCH II 5 MM 174317	MEDTRONIC	NO
ENDO CLOSE CIERRE INCISION TROCAR 173022	MEDTRONIC	NO
ENDO RETRACT II 176647	MEDTRONIC	NO
ENDOBAG 3X6 BOLSA RECOGIDA PEQUENA FEP13608	DEXTRO MEDICA	NO
ENDOCORTADORA ECHELON FLEX 60 CORTA EC60A	JOHNSON-JOHNSON	NO
ENDOCORTADORA FLEXIBLE VASCULAR ATW-35	JOHNSON-JOHNSON	NO
ENDOCORTADORA POWER ECHELON FLEX 45 CORTA PCE	JOHNSON-JOHNSON	NO
ENVASE ESTERIL RECOGIDA MUESTRA	GRIFOLS	NO
ENVASE RECOGIDA ORINA 24H 2L 518115	GRIFOLS	NO
EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL 18G MINIPAK 1391128	SMITHS MEDICAL	NO
EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO C/BOLSA 3M 9196P	3M	NO
EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA C/BOLSA 3M 1194P	3M	NO
EQUIPO BOMBA IVAC 591/598 BAJA ABSOR G59953	CAREFUSION	NO
EQUIPO BOMBA IVAC 591/598 STANDAR G59693	CAREFUSION	SI
EQUIPO BOMBA IVAC SIGNATURE OPACO 72543	CAREFUSION	NO
EQUIPO BOMBA IVAC SIGNATURE STANDAR 72504	CAREFUSION	SI
EQUIPO CALENTADOR LIQUIDOS L70NI	SMITHS MEDICAL	NO
EQUIPO CARDIOPLEJIA SARN 13003	MERCE	NO
EQUIPO CATARATAS CONSTELLATION 8065751155	ALCON	NO
EQUIPO COMBINADA 23G VALV CONSTELLATION 1908	ALCON	NO
EQUIPO DRENAJE REDON DRAINOBAG	BRAUN	NO
EQUIPO DRENAJE REDON DRENOFAST	IHT IBERHOSPITEX	NO
EQUIPO EXTREMIDADES C/PERNERA 3M 5EQ 9014	3M	NO
EQUIPO EXTREMIDADES SIN PERNERA 9004	3M	NO
EQUIPO INFUSION IV 1.5M INTRAFIX 4062957E	BRAUN	NO
EQUIPO INFUSION IV AUTOCBADO INTRAFIX 4063000	BRAUN	NO
EQUIPO INFUSION IV MICROGOTERO BURETA DOSIFIX	BRAUN	NO
EQUIPO INFUSION IV S/AIRE ROLLER PREC NT890	CAREFUSION	NO
EQUIPO IRRIGACION 2V CLAMP 80009667	GRIFOLS	NO
EQUIPO IRRIGACION 2V CLAMP 80009667	INTRAVEN	NO
EQUIPO IRRIGACION ARTROSCOPIA AR-6415	PROMEDEX	NO
EQUIPO IRRIGACION C/CABLE MALIS 1000 SYN9102J	PRIM	NO
EQUIPO IRRIGACION IMPLANTMED 2.20M 4363600	DENTIPAK	NO
EQUIPO IRRIGACION MOTOR BIEN AIR 1100037-010	PRIM	NO
EQUIPO KIMBERLEY TO1950002	LEVACEL	NO
EQUIPO NEFROSTOMIA PIGTAIL	GALLINI	NO
EQUIPO NUTRICION ENTERAL BOMB COMPAT 12072936	NESTLE	NO
EQUIPO TRAQUEOTOMIA URGENCIA AD 4MM 12060040	TELEFLEX	SI
EQUIPO TRAQUEOTOMIA URGENCIA PED 2MM 12060020	TELEFLEX	SI
EQUIPO UNIVERSAL S/FUNDA MESA MAYO 3M 9010	3M	NO
EQUIPO UREOFIX 500 4417910	BRAUN	NO
EQUIPO VITRECTOMIA 23G VALV CONSTELLATIO 1900	ALCON	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
EQUIPO VITRECTOMIA ANTERIOR FACO OPO39	AMO	NO
ESCOBILLON MADERA ESTERIL 300200	PASCUAL Y FURIO	NO
ESFINTEROTOMO 3V 20MM .025 3.5F KD-V431M-072	OLYMPUS	NO
ESFINTEROTOMO BALON 30MM BD-VC431Q-1840-30	OLYMPUS	NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 20MM KD-16Q-1	OLYMPUS	NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 20MM PUNTA 7MM KD18Q1	OLYMPUS	NO
ESFINTEROTOMO ESTANDAR 30MM PUNTA 15MM KD22Q1	OLYMPUS	NO
ESFINTEROTOMO PRECORTE PLANO 2.2 195CM KD-11Q	OLYMPUS	NO
ESPACIADOR TENDON SILASTIC 2427-005	SUMEDEX	DESCATALOGADO
ESPARADRAPO ESPUMA 2,5CMX4,5M MICROFOAM 15281	3M	NO
ESPARADRAPO ESPUMA 7,5CMX4,5M MICROFOAM 15283	3M	NO
ESPARADRAPO PAPEL	3M	NO
ESPARADRAPO PLASTICO 2,5CMX9,14M 15271	3M	NO
ESPARADRAPO SEDA 2,5CMX9,14M 3M 15381	3M	NO
ESPARADRAPO SILICONA 2.5CMX5M 2770-1	3 M	NO
ESPARADRAPO TELA 1,25CMX5M BLANCO 900444	HARTMANN	NO
ESPARADRAPO TELA 1.25CMX5M BLANCO LEUKOPLAST	BSN	SI
ESPARADRAPO TELA 10CMX10M BLANCO LEUKOPLAST	BSN	SI
ESPARADRAPO TELA 2,5CMX5M BLANCO 900445	HARTMANN	NO
ESPARADRAPO TELA 5CMX5M BLANCO 900446	HARTMANN	NO
ESPARADRAPO TST ELASTICO 10X10 OMNIFIX 900650	HARTMANN	NO
ESPARADRAPO TST ELASTICO 15X10 OMNIFIX 900651	HARTMANN	NO
ESPATULA CITOLOGICA MADERA NO ESTERIL EE1020	AMEVISA	NO
ESPATULA CITOLOGICA PLASTICO ESTERIL EE1019	CAHNOS	NO
ESPECULO OIDO	TELIC	NO
ESPECULO VAGINAL ESTERIL 24MM TORNILLO 703.01	BEXEN	NO
ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL CR 705.02	BEXEN	NO
ESPONJA JABONOSA 12X20X2CM 0102	CV MEDICA	NO
EXPANSOR IRIS MALYUGIN MST-MAL-0002	MEDICAL MIX	NO
EXPANSOR IRIS OASIS OAC97005	OFTALTECH	NO
EXTENSION SONDA MIC-KEY CONTINUA 0121-12	GRIFOLS	NO
EXTRACTOR CALCULOS DORMIA 1.5F 120CM EXN934	COLOPLAST	NO
EXTRACTOR FETAL MANUAL KIWI 10057	MATMEDIC	NO
EXTRACTOR GRAPAS CUTANEAS PREMIUM 150462	MEDTRONIC	NO
FACO ACCURUS 1800 SET COMPLT SONDA 8065740253	ALCON	NO
ESPATULA CITOLOGICA PLASTICO ESTERIL EE1019	CAHNOS	NO
ESPECULO OIDO	TELIC	NO
ESPECULO VAGINAL ESTERIL 24MM TORNILLO 703.01	BEXEN	NO
ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL CR 705.02	BEXEN	NO
ESPONJA JABONOSA 12X20X2CM 0102	CV MEDICA	NO
EXPANSOR IRIS MALYUGIN MST-MAL-0002	MEDICAL MIX	NO
FACO CONSTELLATION PINZA AGARRE 23G 723.43	ALCON	NO
FACO CONSTELLATION PINZA ILM 23G 723.44	ALCON	NO
FACO CONSTELLATION SONDA LASER 23G LUZ 751592	ALCON	NO
FACO CONSTELLATION VITREOTOMO ANT 20G 751020	ALCON	NO
FACO INFINITI 30° KELMAN 8065750280	ALCON	NO
FACO INFINITI AGUJA 30° CIRCULAR 8065750261	ALCON	NO
FACO INFINITI AGUJA 30° KELMAN 8065750263	ALCON	NO
FACO INFINITI AGUJA OZIL 30° ANG 8065751176	ALCON	NO
FACO INFINITI MT TAPERED ABS 30° 8065750278	ALCON	NO
FACO INFINITI VITREOTOMO ANTERIOR 8065750157	ALCON	NO
FACO SONDA DIATERMIA 25G DSP 339.21	ALCON	NO
FERULA DIGITAL ALUMINIO 50X2 CM 204	BSN	NO
FERULA DIGITAL ALUMINIO 50X2 CM 205	HISPAFARMA	NO
FERULA DIGITAL ANATOMICA T/RANA 0051001	CAHNOS	NO
FERULA NASAL AUTOADHES ALUMINIO T-M NZ3243M	TGH	NO
FERULA NASAL REF 1524050	SUMEDEX	NO
FERULA VENOCCLISIS	CV MEDICA	NO
FIADOR INTUBACION	MEDTRONIC	NO
FIBRA LASER DESECHABLE	IMEXCLINIC	NO
FILTRO AIRE VERDE 0,45µ P/VIAL 4550560	BRAUN	NO
FILTRO ARTERIAL AFFINITY C/BYPASS 61399401153	MERCE	NO
FILTRO BACTERIANO / VIRAL ADULTO I1944000	INTERSURGICAL	NO
FILTRO CONTENEDOR ANTIBACT CUA 23 X 23 cm	DILESA	NO
FILTRO DIACLEAR 100584	BAXTER	NO
FILTRO ESTERILIZANTE PERIFIX 0.2µ 4515501	BRAUN	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
FILTRO INYECCION 0,2μ PEONZA WA6328	INTERSURGICAL	NO
FILTRO SALVA GOTERO ELD96LYLSE	SANGUESA	NO
FILTRO VENTEO C/BIOCONECTOR 0.2+5μ EL502	CAIR	NO
FLEBOEXTRACTOR VE022	TELIC	NO
FLOSEAL HEMOSTATICO QUIRUR JER 5ML 1503353	BAXTER	NO
FRESA ARTROSCOPIA CUDA STRL 4.8MM C9258	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA CUDA STRL CVD 4,2MM C9256	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA FULL RADIUS RESEC 4.2 9247A	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA GATOR 2.0 C9960A	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA GATOR LARGE HUB 2.9 C9961A	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA SPHERICAL BLH 2,9MM C9911A	CARSI	NO
FRESA ARTROSCOPIA STERLING OVAL B 6,0MM H9102	CARSI	NO
FRESA MIDAS CILINDRICA	MEDTRONIC	NO
FRESA OVAL	CARSI	NO
FRESA PERCUTANEA SHANNON	FM CONTROL	NO
FRESA PERCUTANEA WEDGE BURR	FM CONTROL	NO
FUNDA ALTA CALZADO POLAINA B/2 145786	BARNA IMPORT MEDICA	NO
FUNDA CAMARA 18CM X 244CM C/ARO SH 9904UK	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
FUNDA ECOGRAFO 15X122 GEL BANDAS 11-2105	PRIM	NO
FUNDA ECOGRAFO GEL G/18G 9001C0212	IZASA	NO
FUNDA ECOGRAFO VAGINAL NO ESTERIL	BEXEN	SI
FUNDA INTENSIFICADOR IMAGENES 91X76CM 4962UK	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
GAFA FOTOPROTECCION NEO BILI BONET 01A	LELEMAN	NO
GAFA FOTOPROTECCION PREM BILI BONET 01C	LELEMAN	NO
GAFA NASAL ALTO FLUJO	NORMOMEDIC	NO
GAFA NASAL BABYFLOW	DRAGER	NO
GAFA NASAL OXIGENO ADULTO C/ALARG 2M 62150M	JUVAZQUEZ	NO
GAFA NASAL OXIGENO NEONATAL I1164	INTERSURGICAL	NO
GAFA NASAL OXIGENO PED C/ALARG 2.1M 41826	TELEFLEX	NO
GAFA ORONASAL O2/CO2 AD NO INTUBADO O-010177	MEDTRONIC	NO
GAFA PROTECCION OCULAR 1880	3M	NO
GANCHO MANIPULADOR NUCLEO 45° 585181	MEDICAL MIX	NO
GASA 17H 20X40 RX S/10 ESTERIL 1327126	INDAS	NO
GASA 17H 20X40 S/5 ESTERIL 1326124	INDAS	NO
GASA COMPRESA 45X45 2T 17H S/2 EST 1331032	INDAS	NO
GASA COMPRESA 45X45 4T 17H RX S/5 EST 1332044	INDAS	NO
GASA COMPRESA VERDE 50X50 18H NO EST 40876	TEGOSA	NO
GASA TAPON VAGINAL 1X1M ZIGZAG S/1 EST 30090	TEGOSA	NO
GASA TIRA TAPON NASAL 2CMX5M S/1 EST 1492.00	TEXPOL	NO
GASA TORUNDA 17H RX T/0 S/5 EST 1273.00	TEXPOL	SI
GASA TST 7.5X7.5 4C B/100 NO ESTERIL 1504212	INDAS	NO
GEL ANTIADHERENCIAS ADCON GEL 3G	PRIM	NO
GEL CONDUCTOR EEG ELECTROGEL 960G E-10	NSC	NO
GEL CONDUCTOR EEG NUPREP 114G	CAESAR	NO
GEL ELECTROCARDIOGRAMA 250 ML ELECTRO-GEL G10	TELIC	NO
GEL LUBRICANTE ESTERIL LIDOCAINA JER 11ML	INIBSA	NO
GEL NEUTRO INIBSA 1 LITRO	INIBSA	NO
GEL ULTRASONIDOS 250 ML G15	TELIC	NO
GEL ULTRASONIDOS ESTERIL 20 ML TOG26	TELIC	NO
GELATINA HEMOSTATICA 100 PLANCHAS	TAKEDA	NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8028	TGH	NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8029	ACTINIO & LANTANO	NO
GELATINA HEMOSTATICA ANAL SURGISPON SSP-8030	TAKEDA	NO
GELATINA HEMOSTATICA CUBO SURGISPON SSP101008	TGH	NO
GELATINA HEMOSTATICA CUBO SURGISPON SSP101009	ACTINIO & LANTANO	NO
GENERADOR CPAP MEDIJET MJ1000	NORMOMEDIC	NO
GORRO QUIRURGICO FEMENINO VERDE	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
GORRO QUIRURGICO HOMBRE VERDE C/CINTAS 22015	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
GORRO SISTEMA CPAP	NORMOMEDIC	NO
GRAPADORA ARTICULADA 55 MM PROXIMATE AX55G	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA 21 111983	MEDTRONIC	NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-25 111985	MEDTRONIC	NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-28 111987	MEDTRONIC	NO
GRAPADORA CIRCUL PREMIUM PLUS CEEA-31 111989	MEDTRONIC	NO
GRAPADORA CORTADORA CONTOUR 40MM VERDE CS40G	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA ENDO GIA STANDARD EGIAUSTND	MEDTRONIC	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
GRAPADORA HEMORROIDES 33MM FCSSWAE33	PRIM	NO
GRAPADORA HEMORROIDES CPH32.5 114679	SUMEDEX	DESCATALOGADO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TL-90	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TX-30B	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA LINEAL TEJ NORMAL PROXIMATE TX-60B	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA LINEAL BASCULAR PROXIMATE TX-30V	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA PIEL APOSE 803712	MEDTRONIC	NO
GRAPADORA ROTATORIA FIJA MALLAS PRW35	JOHNSON-JOHNSON	NO
GRAPADORA ROTICULATOR 30-4,8 TORACICA 017617	MEDTRONIC	NO
GUANTE CIRUGIA LATEX S/P PEHATAFT	HARTMANN	SI
GUANTE CIRUGIA LATEX SEMPERMED	IZASA	SI
GUANTE CIRUGIA NEO NATURFLEX S/P	BARNA IMPORT MEDICA	NO
GUANTE CIRUGIA PROTECCION RX 7 FMX1D12102	DEXTRO MEDICA	SI
GUANTE CIRUGIA PROTECCION RX 8 PROGUARD RR2	CARDIVA	SI
GUANTE CIRUGIA S/L S/P SYNTEGRA	IZASA	NO
GUANTE EXAMEN NITRILO SP	BARNA IMPORT MEDICA	NO
GUIA AMPLATZ X-RIG .035X260 RECTA 46-526	BOSTON	NO
GUIA BILIAR RECTA 0.035X480 METII-35-480	COOK	NO
GUIA ECOGRAFO DESECHABLE	IBERSURGICAL	SI
GUIA HIDROFILICA NIT	CARDINAL	NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X150 ANG C3515SSA	CARDINAL	NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X150 RECTA C3515RSS	CARDINAL	NO
GUIA HIDROFILICA NIT 0.035X180 ANG C3518RSA	CARDINAL	NO
GUIA HIDROFILICA RIG	COOK	NO
GUIA INTRODUCTORA 0,019X45CM P481219	INTERSURGICAL	NO
GUIA JAGWIRE RECTA 0.035X260CM 5684	BOSTON	NO
GUIA PUNCION ECOGRAFO R57525-00-P1	EMB	NO
GUIA TEFLON	BOSTON	NO
GUIA TEFLON 0.035X260CM J1.5 FIJA TSCF3526015	BOSTON	NO
GUIA VISIGLIDE RECTA 0.025X270CM G-240-2527S	OLYMPUS	NO
HEMOCLIP ENDOSCOPICO 2.6MM 230CM NLSHC26230	IZASA	NO
HEMOCLIP ENDOSCOPICO 235CM M00522611	BOSTON	NO
HEMOCONCENTRADOR KH-14 50177	LIVANOVA	NO
HEMOSTATICO COLAGENO HELITENE 0.5G 1692-ZL	PRIM	NO
HOJA DERMATOMO BA 708	BRAUN	NO
HOJA SIERRA	CARSI	NO
HOJA SIERRA MICRO	CARSI	NO
HOJA SIERRA MICRO OSCILANTE	CARSI	NO
HOJA SIERRA OSCILANTE	CARSI	NO
HOJA SIERRA OSCILANTE CON TOPE	CARSI	NO
HOJA SIERRA OSCILANTE HALL	CARSI	NO
HOJAS BISTURI	INTRAVEN	NO
HUMIDIFICADOR AD C/TUBO EDITH FLEX 557044500	CAREFUSION	NO
HUMIDIFICADOR NEO TRAQUEO HYGROFLUX 501.04	VYGON	NO
HUMIDIFICADOR PED EDITH 500 557056200	CAREFUSION	NO
HUMIDIFICADOR TRAQUEO 626640-CT	IZASA	NO
HUMIDIFICADOR TRAQUEO TRACHEOLIFE II 35319004	MEDTRONIC	NO
INFUSOR MULTIRATE SV1,2,3 ML/H 2C1154KP	BAXTER	NO
INMOVILIZADOR CLAVICULA	IZASA	NO
INMOVILIZADOR CUELLO PUNO	CV MEDICA	NO
INTRODUCTOR 6F C/GUIA J ACCUSTICK II 20-710	BOSTON	NO
INTRODUCTOR CAROTIDA	TERUMO	NO
INTRODUCTOR FEMORAL MEDIKIT	BOSTON	NO
INTRODUCTOR INTUBACION ENDOGUIDE T 50310060	TELEFLEX	NO
INTRODUCTOR INTUBACION ESCHMANN 15F 14-504-17	SMITHS MEDICAL	NO
JABON ESPUMA BRIK 800ML DISPENSADOR PARED	PRODER	NO
JABON LIQUIDO GEL BANO 1L KEFUS 247	KEFUS	NO
JERINGA 0.3ML INSULINA 0.3X0.8 SEGURID 189303	MEDTRONIC	NO
JERINGA 0.5ML INSULINA 0.3X12 SEGURID 1892950	MEDTRONIC	NO
JERINGA 10 ML DOS PIEZAS BM 4606108V	BRAUN	NO
JERINGA 10 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616103V	BRAUN	NO
JERINGA 10 ML LUER-LOCK 3 PZ RAYS3PO010LL	AMEVISA	NO
JERINGA 1ML TUBERCULINA S/AGUJA 14360	NOVICO	NO
JERINGA 2 ML DOS PIEZAS BM 4606027V	BRAUN	NO
JERINGA 20 ML DOS PIEZAS BM 4606205V	BRAUN	NO
JERINGA 20 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616200V	BRAUN	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
JERINGA 20 ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617207V	BRAUN	NO
JERINGA 3 ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617022V	BRAUN	NO
JERINGA 3ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616025V	BRAUN	NO
JERINGA 5 ML DOS PIEZAS BM 4606051V	BRAUN	NO
JERINGA 5 ML LUER 3 PZAS OMNIFIX 4616057V	BRAUN	NO
JERINGA 50 ML CATETER 3 PIEZAS 300867	BECTON DICKINSON	NO
JERINGA 50 ML CATETER 3 PZ NOVICO 15679	NOVICO	NO
JERINGA 50 ML LUER LOCK 3 PIEZAS BD 300865	BECTON DICKINSON	NO
JERINGA 50 ML LUER LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617509F	BRAUN	NO
JERINGA 50/60 ML LUER 3 PZ OMNIFIX 4616502F	BRAUN	NO
JERINGA 5ML LUER-LOCK 3 PZ OMNIFIX 4617053V	BRAUN	NO
JERINGA 60ML MANOMETRO ALLIANCE 5060-05	BOSTON	NO
JERINGA CONTRASTE 711200-CTP-FLS-50	BAYER/ IZASA	NO
JERINGA GASOMETRIA PROVENT 3ML C/AS 22G 4645P	SMITHS MEDICAL	NO
JERINGA INYECTOR HEMOD 150ML C853-0155	GPM	NO
JERINGA NUTRICION ENTERAL 60ML SD-S60EO	BRAUN	NO
JERINGA ORAL / SNG 1ML ESTERIL SD-S1EO	BRAUN	NO
JERINGA ORAL / SNG 35ML ESTERIL SD-S35EO	BRAUN	NO
JERINGA ORAL / SNG 6ML ESTERIL SD-S6EO	BRAUN	NO
JERINGA PERFUSION TRANSPAREN 50ML SL 8728810F	BRAUN	NO
JERINGA RESO SOLARIS 711SSQK-65115VS-50	BAYER/ IZASA	NO
JUEGO DILATADORES NEFROSTOMIA 6	COLOPLAST	NO
KEFUS LOCION CALAMINA CREMA 75 G	KEFUS	NO
KIT ANGIOPLASTIA LLAVE TORQUE GUIA MAP403	GRIFOLS	NO
KIT COMPLETO VERTEBROPLASTIA 13G CON CEMENTO	WACREES	NO
KIT INTRODUTOR MIC-KEY G	GRIFOLS	NO
KIT MIRINGOTOMIA PEDIATRICO C/PINZA NZ3270	TGH ENDOSCOPIA	NO
KIT MULTIPLE CUSAPAK (HEPatico) C3600	PRIM	NO
KIT PERICARDIOCENTESIS 8.3F RECTO PC804EU	GRIFOLS	NO
KIT TROCARES ESPECIFICO 990002075	APPLIED	NO
KIT TROCARES ESTANDAR CUCHILLA KE045B	APPLIED	NO
KIT TROCARES ESTANDAR GALLESET Z2	APPLIED	NO
LAMINA SILICONA 55X75X0.5 S/2 2010682	BIOCLAR	NO
LANCETA AMNIOREXIS ESTERIL 438011	CAHNOS	NO
LANCETA CORNEAL 20 G 8065912001	ALCON CUSI	NO
LANCETA ESTERIL ICO 16902	NOVICO	NO
LANCETA SEGURIDAD PUNCION CAPILAR ACCU-CHEK	ROCHE DIABETES	NO
LARINGOSCOPIO DESECHABLE AIRTRAQ	AJL	NO
LENTE PLANA 36° ANILLO SILICONA 55110	ASP	NO
LIGACLIPS	JOHNSON-JOHNSON	NO
LINEA ARTERIAL VENOSA UNIPUNC ARTISET 114533	BAXTER	NO
LINEA HD ARTERIAL + VENOSA HINT-11G 114625	BAXTER	NO
LINEA HD BIPUNCION ARTISET HD DNL HC 955075	BAXTER	NO
LINEA HD BIPUNCION HINT-4DG 114621	BAXTER	NO
LINEA HD VENOSA BIOF+AFB MONITOR SP332G	BAXTER	DESCATALOGADO
LINEA INCUBADORA CALEO MX17018	DRAGER	NO
LLAVE 3 VIAS 4095111	BRAUN	NO
LLAVE 3 VIAS ALARGADERA 10CM BD 394995	BECTON DICKINSON	NO
LLAVE 3 VIAS C/ALARGADERA 100CM PS3310M+	CAIR	NO
LLAVE FLOSWITCH HP 44-200	BOSTON	NO
LUBRICANTE UROLOGICO TETRACAINA MONOD 6G	BRAUN	NO
MANGO ASPIRACION BIMANUAL 22G 157400	MEDICAL MIX	NO
MANGO BYPASS ASPIRADOR 1358270	SUMEDEX	NO
MANGO ELECTROBISTURI DESECHABLE SW12200	DEXTRO MEDICA	NO
MANGO IRRIGACION BIMANUAL 22G 157500	MEDICAL MIX	NO
MANGUITO OVAL SILICONA 3.75X1.5X5MM S3084	BLOSS	NO
MANGUITO SILICONA 72 1.5X2.4X30MM S3071	BLOSS	NO
MANOMETRO MEDFLATOR 30ATM MX380X30	SMITHS MEDICAL	NO
MANTA HIPOTERMIA NEONATAL 4KG 508-03518	GRIFOLS	NO
MANTA TERMICA	MEDTRONIC	NO
MAQUINILLA RASURAR NO ESTERIL B/20 GILLETTE	CAHNOS	NO
MARCADOR BIOPSIA MAMA 13G 9CM 4010-02-15-T3	LELEMAN	NO
MARCADOR ENDOSCOPICO SPOT 3059450	MBOHM	NO
MASCARILLA AEROSOL HELIO 75081	LINDE	NO
MASCARILLA ANESTESIA C/V AD T6 ULTRASEAL	AMBU	NO
MASCARILLA FACIAL VENTIL SV ARNES	DEXTRO MEDICA	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
MASCARILLA LARINGEA AURA GAIN	MBA	NO
MASCARILLA LARINGEA CURVA AURAONCE	AMBU	NO
MASCARILLA LARINGEA DES LMA UNICA	TELEFLEX	NO
MASCARILLA LARINGEA FASTRACH	TELEFLEX	NO
MASCARILLA LARINGEA LMA CLASSIC	TELEFLEX	NO
MASCARILLA LARINGEA LMA CLASSIC	TELEFLEX	NO
MASCARILLA LARINGEA PROSEAL	TELEFLEX	NO
MASCARILLA LARINGEA REFORZADA	MBA	NO
MASCARILLA NASAL CPAP	NORMOMEDIC	NO
MASCARILLA NASAL CPAP ARNES	DEXTRO MEDICA	NO
MASCARILLA NEBULIZADOR ADULTO 41893P	TELEFLEX	NO
MASCARILLA NEBULIZADOR PED 41894P	TELEFLEX	NO
MASCARILLA NEBULIZADOR TRAQUEO OXINEB	MEDTRONIC	NO
MASCARILLA OXIGENO AD C/ALARG 2.1M 41088	TELEFLEX	NO
MASCARILLA OXIGENO AD C/RESERVORIO/TUBO 1059	TELEFLEX	NO
MASCARILLA OXIGENO PD C/RESERVORIO/TUBO I1192	TELEFLEX	NO
MASCARILLA OXIGENO PED C/ALARG 2.1M 41089	TELEFLEX	NO
MASCARILLA OXIGENO TRAQUEO AD MIXOMASK 20102	MEDTRONIC	NO
MASCARILLA PAPEL NO QUIRURGICA C/GOMAS 22014	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
MASCARILLA PROTECCION C/VALVULA FFP3 128945	BARNA IMPORT MEDICA	NO
MASCARILLA QUIRURGICA C/VISOR 132070	BARNA IMPORT MEDICA	NO
MASCARILLA QUIRURGICA VERDE 992536 (FOLIODRESS)	HARTMANN	NO
MASCARILLA RESERVORIO HELIO	LINDE	NO
MASCARILLA SILICONA	AMBU	NO
MASCARILLA SUPREME	TELEFLEX	NO
MASCARILLA TRAQUEOSTOMIA ADULTO S/L I1200050	INTERSURGICAL	NO
MEDIA ANTITROMBOSIS	MEDTRONIC	NO
MEDIA SCD CONFORT	MEDTRONIC	NO
MICRO NEBULIZADOR GLUBRAN	CARDIOLINK	NO
MICROCATETER PROGREAT 2.7F 130CM MCPP27131	TERUMO	NO
MICROESPONJA LENTINA	CODISA	NO
MICROESPONJA OFTALMICA LCA B/5 R1061C	LCA	NO
NEBULIZADOR MISTY-NEB BOQUILLA T2 623-2435	IZASA	NO
NOBECUTAN APOSITO PLASTICO AEROSOL 250 ML	INIBSA	NO
NOVAMED SKINCARE MILK 100ML	BARNA IMPORT MEDICA	NO
NOVAMED SKINCARE OIL 20ML	BARNA IMPORT MEDICA	NO
OXIGENADOR PRIMOX SORIN 050304	LIVANOVA	NO
OXIGENADOR QUADROX VKMO70000	GETINGE	NO
OXISENSOR NEO 30-1014	PASCUAL Y FURIO	NO
PALA LARINGOSCOPIO MILLER DESECH	INTERSURGICAL	NO
PANAL INFANTIL	PROCTER & GAMBLE	NO
PAÑO LIMPIA INSTRUMENTOS ESTERIL Q604201	BIOCLAR	NO
PARCHE DESFIBRILAD AD MEDITRACE B/2 31319281	COVIDIEN	NO
PARCHE FIELTRO PTFE 15X15CM 7837	BARD	NO
PARTICULAS DE EMBOLIZACION	BTG	NO
PASTA CONDUCTORA EEG TEN20 114G TEN20	CAESAR	NO
PERFORADOR CRANEAL	CODISA	NO
PERNERAS 35X60 CM 9041	3M	NO
PEZONERA REDONDA SILICONA 340455	ROCHE	NO
PINCEL DE TANO 23G 20-0206	AVI	NO
PINZA BIOPSIA BRNCOS	ALBYN	NO
PINZA BIOPSIA DIGESTIVO	BOSTON	NO
PINZA BIOPSIA DIGESTIVO PED	BOSTON	NO
PINZA BONN 581409	MEDICAL MIX	NO
PINZA CAPSULA ENDOSCOPIA ADVANCE 711144	ST ENDOSCOPICOS	NO
PINZA CORTE BIPOLAR 32CM 5005	CODISA	NO
PINZA LAPAROSCOPIA LIGASURE ATLAS 37CM LS1037	MEDTRONIC	NO
PINZA LAPAROSCOPIA LIGASURE V 37CM LS1500	MEDTRONIC	NO
PINZA LIGASURE ATLAS 20CM LS1020	MEDTRONIC	NO
PINZA LIGASURE PRECISE 16.5CM LS1200	MEDTRONIC	NO
PINZA LIGASURE SEALER SML 18.8CM LF1212	MEDTRONIC	NO
PISTON PT/TEFLON	PRIM	NO
PLACA PACIENTE 3M SERIE 9100 8180F	3M	NO
PLACA PACIENTE BILOBULADA AD ANILLO 9160F	3M	NO
PLACA PACIENTE NEONATAL E-7512	3M	NO
PLACA PACIENTE PEDIATRICA 1182 3M	3M	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
PLATINA RADIOFRECUENCIA DGP-PM	CARDIVA	NO
PORTA AGUJAS 581417	MEDICAL MIX	NO
PRECINTO VERDE ESTERILIZACION D20490101	MATRICERIA DE INYECCION	NO
PROLONGADOR JERINGA NUTRICION 152CM NM-60ENEN	BRAUN	NO
PROLONGADOR JERINGA PERFUSION 150 CM PA-15	CAREFUSION	NO
PROLONGADOR JERINGA PERFUSION OPACA 8723010	BRAUN	NO
PROLONGADOR PERFUSION M-M 150 CM PB1315	CAIR	NO
PROSTAR XL 10F 12322-02	ABBOTT	NO
PROTACK 5MM 174006	MEDTRONIC	NO
PROTECTOR CODO TALON 1080200	CV MEDICA	NO
PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY 28ML 3346E	3M	NO
PROTECTOR DENTAL 422165	PRIM	NO
PROTECTOR PUNTA FACO OPOS19L	AMO	NO
PROTECTOR PUNTA FACO OPOS21LD	AMO	NO
PUNTA CUSA ESTANDAR RECTA C4601S	PRIM	NO
PUNTA ESTIMULACION MONOPOLAR 0.8MM 73601-190	AMBU	NO
PUNZON TRANSFERENCIA TRANSOFIX 4090500	BRAUN	NO
RANEY CLIPS B/10 658505	BIOCLAR	NO
RASPADOR MANGO ELECTROBISTURI 31142717	MEDTRONIC	NO
RED ATRAPAPOLIPOS 26MM 2.5X230CM 6142	BOSTON	NO
REGULADOR FLUJO PRECISION DF050	CAIR	NO
REGULADOR FLUJO PRECISION DF050	HOSPIRA	NO
RESECTOR PLANO DS3.0 13-101-1	PRIM	NO
RESERVORIO BAJO VACIO CV 100ML	PRIM	NO
RESERVORIO CARDIOTOMIA MENA 50431000	LIVANOVA	NO
RETRACTOR IRIS FLEXIBLE 611.74 (X5)	ALCON CUSI	NO
ROLLO CAMILLA FISELINA PRECORTE 60X80M 60106	CALVO IZQUIERDO	NO
ROLLO PAPEL IMPRESORA 984077	RADIOMETER	NO
ROTULADOR DERMOQUIRURGICO CON REGLA 31145785	MEDTRONIC	NO
SABANA EXTREMIDADES 228X300CM 9053	3M	NO
SACALECHES ELECTRICO CABEZA VALVULA 800.0622	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO CONECTOR 800.0710	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO COPA T-M 800.0668	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO EMBUDO 800.0620	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO MEMBRANA BLANCA 800.0623	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO MEMBRANA PROTEC 800.0608	MEDELA	NO
SACALECHES ELECTRICO TUBO SILICONA 800.0659	MEDELA	NO
SELLO ESTERIL PLATA VIAL 3002P	DISPROFAR	NO
SENSOR DESECHABLE LNOP PED/NEO 1798	MATCLINIC	NO
SENSOR FLUJO (EVITA) FS-14 6871980	DRAGER	NO
SENSOR FLUJO PIEZA EN "Y" 8410179	DRAGER	NO
SENSOR MRT0 APNEA 01080007	DRAGER	NO
SENSOR OXIGENO ADULTO OXIMAX MAX-A-I	COVIDIEN	NO
SENSOR OXIGENO BABY LOG UCI 6850645	DRAGER	NO
SENSOR OXIGENO INFANTIL OXIMAX MAX-I-I	MEDTRONIC	NO
SEPARADOR QUIRURGICO ALEXIS	APPLIED	NO
SET ACCESORIOS MICROSMOOTH MT 0.9 8065750159	ALCON	NO
SET ANESTESIA COMBINADA ESPOCAN 4556763	BRAUN	NO
SET AUTOTRANSFUSION BRAT 2 135ML 7213100	LIVANOVA	NO
SET CAPNOGRAFO NEONATAL O-006324	MEDTRONIC	NO
SET CAPNOGRAFO PEDIATRICO XS-04624	ALTAMED	NO
SET CARDIOPLEJIA HEMATICA H9462	GETINGE	NO
SET CARDIOPLEJIA M347503A (R9700043)	MERCE	NO
SET CATETER DOBLE LUMEN 11.5F 15CM 468-SL15E	IZASA	NO
SET CATETER DOBLE LUMEN 11.5F 20CM 468-SL20E	IZASA	NO
SET CATETERIZACION SUPRAPUBICA	BARD	SI
SET EXTRACORPOREA DR LUNA H56400	GETINGE	NO
SET INTUBACION LACRIMAL 23G 17.5CM 585010	MEDICAL MIX	NO
SET INYECCION SILICONA (ARC520) 75917	ASP	NO
SET LACRIMAL DCR DONOGHUE ANG 20G 585012	AVI	NO
SET LACRIMAL DCR DONOGHUE RECTO 20G 585011	AVI	NO
SET MARCADOR 18G 12CM SOMATEX 271560	LELEMAN	NO
SET MASCARILLA FACIAL CPAP 81002690	IHT IBERHOSPITEX	NO
SET STENT BILIAR PLASTICO	COOK	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
SET TUBOS EXTRACORPOREA AD H37702	GETINGE	NO
SIERRA CORTE METAL MC16	MEDTRONIC	NO
SIERRA CORTE METAL MC30	MEDTRONIC	NO
SIERRA MIDAS CORTE CRANEOTOMIA F2/8TA23	MEDTRONIC	NO
SILICONA SPRAY PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 556000	TELEFLEX	NO
SISTEMA ANCLAJE LENTE VACUFIX 000853	ASP	NO
SISTEMA IDENTIFICACION MADRE E HIJO	ENGLIBA	NO
SISTEMA INSTILACION VESICAL 3945	INIBSA	NO
SISTEMA INYECCION ALTA VISCOSIDAD 5173	AVI	NO
SISTEMA IRRIG ASPIR 5MM/33CM SI330500	DEXTRO MEDICA	NO
SISTEMA IRRIGACION ENDOSCOPIA 31117-01	KARL STORZ	NO
SISTEMA IRRIGACION LAPAROSCOPIA 031118-01	KARL STORZ	NO
SISTEMA LIGADO MULTIBANDA MBL-7-F M00542251	BOSTON	NO
SOLUCION ANTI VAHO PARA OPTICA FAF150000	DEXTRO MEDICA	NO
SOLUCION DIALISIS CA ALTO SOFPAC-G150 5L	BAXTER	NO
SOLUCION DIALISIS CA BAJO SOFPAC-G193 5L	BAXTER	NO
SOLUCION DIALISIS K ALTO SOFPAC-G394 5L	BAXTER	NO
SONDA ASPIRACION CONTROL N° XX 29CM	VYGON	NO
SONDA ASPIRACION S/CONTROL N° XX 50CM	MEDTRONIC	NO
SONDA ASPIRACION S/CONTROL N° XX 50CM	IZASA	NO
SONDA COMPRESION ESOFAG SENGSTAKEN 16 204800	TELEFLEX	SI
SONDA FEMENINA 14F 18CM 031-0414	IZASA	NO
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA	EDWARDS	SI
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA	LOGSA	SI
SONDA FOGARTY EMBOLECTOMIA	MEDTRONIC	SI
SONDA FOGARTY IRRIGACION 10 23CM 2202310F	EDWARDS	NO
SONDA FOLEY LATEX	COLOPLAST	SI
SONDA FOLEY PVC N.4 S/BALON AF4A04	COLOPLAST	NO
SONDA FOLEY SILICONA	COLOPLAST	NO
SONDA FOLEY TIEMANN SILICONA 20 B10ML 178305	TELEFLEX	NO
SONDA GASTRICA 2V REPLOGLE 10 03920250	IBERCLINIC	NO
SONDA GASTROSTOMIA MIC-KEY G	GRIFOLS	NO
SONDA GASTROSTOMIA PEG KIT	GRIFOLS	NO
SONDA GASTROSTOMIA PEG NUPOST	NESTLE	SI
SONDA GASTROSTOMIA PEG SUSTI MIC-G	GRIFOLS	NO
SONDA LASER MULTIDIRECCIONAL 20G SY-55.26	MEDICAL MIX	NO
SONDA LASER MULTIDIRECCIONAL 23G SY-55.26.23	MEDICAL MIX	NO
SONDA LASER RECTA 20G SY.55.21	MEDICAL MIX	NO
SONDA LAVADO GASTRICO	TELEFLEX	SI
SONDA LAVADO SENOS CONO LUER SINOJECT	BIOCLAR	NO
SONDA NASOGASTRICA LEVIN	IZASA	NO
SONDA NASOYEYUNAL STAY-PUT COMPAT 12185836	NESTLE	SI
SONDA NUTRICION ENTERAL COMPAT	NESTLE	SI
SONDA NUTRICION PED 10F RX 109CM PUR FTM100PE	BRAUN	NO
SONDA NUTRICION PED 5F RX 60CM PVC FTM50VEO	BRAUN	NO
SONDA NUTRICION PED 8F RX 60CM PVC FTM80VEO	BRAUN	NO
SONDA RECTAL ENEMA SIMPLE SAFTI-CUFF E885SC	INTERSURGICAL	NO
SONDA RECTAL XX F 40CM PVC	IZASA	NO
SONDA REUTER PARA EPISTAXIS 15-27031	SUMEDEX	NO
SONDA TEMPERATURA 9F ESOFAGO/RECTAL 81020409E	CODISA	NO
SONDA TEMPERATURA CUTANEA 81-010400EU	CODISA	NO
SONDA URODINAMICA MMS U-72003	MEDICINA & MERCADO	NO
SONDA VESICAL 2V B50 DUFOUR SILICONA	COLOPLAST	NO
SONDA VESICAL 2V B75 DUFOUR PVC	TELEFLEX	NO
SONDA VESICAL 3V B/30 COUVELA PVC 20 664130	TELEFLEX	NO
SONDA VESICAL 3V B30 DUFOUR SILICONA	TELEFLEX	NO
SONDA VESICAL 3V B50 MERCIER SILICONA	TELEFLEX	NO
SONDA VESICAL COUVELAIRE SB PVC	DICLISA	NO
SONDA VESICAL COUVELAIRE SB SILIC 22 AD6522	COLOPLAST	NO
SONDA VESICAL MERCIER ACODADA	TELEFLEX	NO
SONDA YEYUNOSTOMIA COMPAT 9F 12075343	NESTLE	SI
SOPORTE ESTERNON	MEDCOR	NO
STATTACK 5MM OMS-TTSS	MEDTRONIC	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
SURGITIE LIGADURA LAZO 2/0 EL20L(POLYSORB)	MEDTRONIC	NO
SURGIWIP 0 EDW50 V20 120CM (SURGIDAC)	MEDTRONIC	NO
SURGIWIP 2/0 EDW51 V20 120CM (SURGIDAC)	MEDTRONIC	NO
SUSPENSORIO	CODISA	NO
SUSPENSORIO	CV MEDICA	NO
SUSTITUTO PIEL BIOBRANE 13X13CM	SMITH AND NEPHEW	NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 12X100 B/6T 1547R	3M	NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 12X100 B/6T 37804	IHT IBERHOSPITEX	NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 6X75 B/3T 1541R	3M	NO
SUTURA CUTANEA APROXIMACION 6X75 B/3T 37801	IHT IBERHOSPITEX	NO
TAPON BIBERON PLASTICO C/ROSCA STERIF10014C	CAIR	NO
TAPON INTERMITENTE LUER LOCK 4238010	BRAUN	NO
TAPON LUER LOCK COMBI ROJO 4495101	BRAUN	NO
TAPON NASAL 8 CM C/CORDON 66110	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
TAPON NASAL 8 CM CORDON Y VIA 450410	SUMEDEX	NO
TAPON NASAL 8CM LAMINADO MEROCEL 470404	SUMEDEX	NO
TAPON OIDO ESPUMA S/2 1100	3M	NO
TAPON OIDO NO FENESTRADO 12X24 MM 66410	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	NO
TAPON OIDO POPE 24X9 MM 450146	SUMEDEX	NO
TAPON SONDA UNIVERSAL ESTERIL 7011001	CV MEDICA	NO
TERMINAL AGUJA COLORADO 3CM 88-000M12C	CODISA	NO
TERMINAL ASPIRADOR FLEXIBLE 22F S010	EDWARDS	NO
TERMINAL BOLA 70 MM AB-50	TELIC	NO
TERMINAL CUCHILLA 15 CM AB-90	TELIC	NO
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL HARTMAN 925038	HARTMANN	NO
TEST DIAGNOSTICO ROTURA MEMB AMNIOTICA FMRT12	QIAGEN	NO
TEST SANGRE OCULTA HECES TRI-SLIDE SB20	VACUETTE	NO
TEST SCHIRMER OJO SECO 100 UDS	AJL	NO
TEST UREASA DETECCION HELICOBACTER JATROX	SUMEDEX	NO
TETINA ESTERIL ESTANDAR	CAIR	NO
TETINA FISURA PALATINA 315705	ROCHE	SI
TETINA LABIO LEPORINO 232587	ROCHE	SI
TIJERA CURVA 5MM 14CM HARMONIC ACE14S	JOHNSON-JOHNSON	NO
TIJERA CURVA 5MM 36CM HARMONIC HAR36/ACE36E	JOHNSON-JOHNSON	NO
TIJERA DE VANNAS REF 581422	MEDICAL MIX	NO
TIJERA METZENBAUM 5MMX31CM ENDO SHEARS 176643	MEDTRONIC	NO
TIRA REACTIVA CETONICOS STAT-STRIP 41543	MENARINI	NO
TIRA REACTIVA GLUCEMIA ACCU-CHEK AVIVA	ROCHE	NO
TIRA REACTIVA GLUCEMIA STAT-STRIP 40493	MENARINI	NO
TIRA REACTIVA ORINA LAMBRA U031-101	VACUETTE	NO
TIRA SILICONA 0.75X3.5X125MM S2970	BLOSS	NO
TIRITA PLASTICO	BARNA IMPORT MEDICA	NO
TIRITA PLASTICO	HARTMANN	NO
TIRITA PLASTICO	IHT IBERHOSPITEX	NO
TOALLITAS INFANTILES DODOT SENSITIVE P/54	PROCTER & GAMBLE	NO
TORK PREMIUM SOFT WASH 30X32CM 742200	SCA	NO
TRAMPA DE AGUA 652-5406	MEDTRONIC	NO
TRANSPAC-KIT PRESION 1 VIA 0110P22901	IZASA	NO
TRANSPAC-KIT PRESION 2 VIAS 0110J84701	IZASA	NO
TROCAR DOBLE 5MM 10CM OPTICO CTR12	APPLIED	NO
TROCAR HASSON C/BALON 10/12 10CM C0R47	APPLIED	NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 11 MM PIRAMIDAL CTR33	APPLIED	NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 12 MM PIRAMIDAL CTR73	APPLIED	NO
TROCAR LAPAROSCOPIA 15MM 10CM PIRAMIDAL C0R37	APPLIED	NO
TROCAR TORACOSCOPIA 10.5MM 179301	MEDTRONIC	NO
TUBO ASPIRACION CARDIACA 6F 10052	MERCE	NO
TUBO BRONQUIAL DCHO DOBLE LUMEN PVC	TELEFLEX	NO
TUBO BRONQUIAL IZQ DOBLE LUMEN PVC	TELEFLEX	NO
TUBO BULBO LISO 7X9MM 30M NO ESTER 8888280602	MEDTRONIC	NO

Anexo (cont.)		
Descripción	Laboratorio	Látex (Si/No)
TUBO COARRUGADO 22MM 50M TC-22	PROMECHI	NO
TUBO CONEXION 3M 6X8,5MM CONECTOR H/H 1301300	INTERSURGICAL	NO
TUBO DACRIO INFANTIL 0.64X40MM S1-1500	EQUIPSA	NO
TUBO DRENAJE TORACICO 54502 (LECHERA)	IHT IBERHOSPITEX	NO
TUBO ENDOTRAQUEAL ILM FISTRACH	TELEFLEX	NO
TUBO ENDOTRAQUEAL ML FISTRACH	TELEFLEX	NO
TUBO OROFARINGEO GUEDEL	INTERSURGICAL	NO
TUBO OROFARINGEO GUEDEL LATEX	TELEFLEX	SI
TUBO OROFARINGEO GUEDEL PVC	TELEFLEX	NO
TUBO TRAQUEAL ANILLADO CB	MEDTRONIC	NO
TUBO TRAQUEAL EDGAR C/CANAL	TELEFLEX	NO
TUBO TRAQUEAL ESTANDAR CB	TELEFLEX	NO
TUBO TRAQUEAL ESTANDAR S/B	TELEFLEX	NO
TUBO TRAQUEAL ESTANDAR SB PEDIATRI	INTERSURGICAL	NO
TUBO TRAQUEAL PREFOR NASAL CB	MEDTRONIC	NO
TUBO TRAQUEAL PREFOR RAE NASAL CB	MEDTRONIC	NO
TUBO TRAQUEAL PREFOR RAE ORAL CB	MEDTRONIC	NO
TUBO VENTILACION DONALDSON AD 1.14MM 24161	SUMEDEX	NO
TUBO VENTILACION DONALDSON SILC 1.1MM 103010	SUMINISTRIOS HOSPITALARIOS	NO
TUBO VENTILACION FLUOROPL COLA 1.2MM 10-28010	SUMEDEX	NO
TUBO VENTILACION FLUOROPLASTICO 1.02 1016301	SUMEDEX	NO
TUBO VENTILACION FLUOROPLASTICO 1.15MM 104115	SUMINISTRIOS HOSPITALARIOS	NO
TUBO VENTILACION REUTER TITANIO 1027060	SUMEDEX	NO
TUBO VENTILACION T-GROMMET LARGA DUR 24621	SUMEDEX	NO
ULTRAFILTRO U9000 112062	BAXTER	NO
VALVULA BIOPSIA BRNCOS MAJ-210	OLYMPUS	NO
VALVULA CATETER VENOSO CENTRAL TEGO 34D10001	HOSPIRA	NO
VALVULA FONATORIA SHILEY DESECHABLE SSV	MEDTRONIC	NO
VALVULA PEEP DESECHABLE	IHT IBERHOSPITEX	NO
VALVULAS PEEP	IHT IBERHOSPITEX	NO
VAPORIZADOR ARTROSCOPIA ELECTRIC 90° IA2379	CARSI	NO
VAPORIZADOR CADERA ASC4730-01	SMITH AND NEPHEW	NO
VAPORIZADOR HOMBRO 90° ASC4251-01	SMITH AND NEPHEW	NO
VAPORIZADOR PEQ ART 30° 110MM 2,5 DM ESA5236	CARSI	NO
VAPORIZADOR RODILLA 50° ASC4830-01	SMITH AND NEPHEW	NO
VASO HUMIDIFICADOR OXINOVA 200ML 75040	LINDE	NO
VENDA ALMOHADILLADO ALGODON	INDAS	NO
VENDA COHESIVA COBAN 10X4,57M COLOR PIEL 1584	3M	SI
VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13	BSN	NO
VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13	BSN	SI
VENDA COHESIVA ELASTOMULL SLF 6X4M 72363-13	HARTMANN	NO
VENDA ELASTICA ADH LENOPLAST	FARMABAN	SI
VENDA ELASTICA ADHESIVA TENSOPLAST	BSN	SI
VENDA ELASTICA ALGODON CREPE	CALVO IZQUIERDO	NO
VENDA ELASTICA ALGODON CREPE	FARMABAN	NO
VENDA ESPUMA TENSOBAN	BSN	NO
VENDA GASA	HARTMANN	NO
VENDA NEUROMUSCULAR BB TAPE	CALVO IZQUIERDO	NO
VENDA SINTETICA CELLACAST	FARMABAN	NO
VENDA TRACCION ADHESIVO ADULTOS 106944871	IZASA	NO
VENDA TUBULAR ELASTICA TENSOTUB	BSN	SI
VENDA TUBULAR MALLA	BSN	SI
VENDA TUBULAR TUBINYLEX	BSN	NO
VENDA YESO	FARMABAN	NO
VENTOSA SENSOR NIVEL OXIGENO 23-27-41	PALEX	NO
WIPALL 1/4 (TOALLA CELULOSA) 33X34	CORTE INGLES	NO